

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Sig.a Loredana Lotti - tel. 010/5488541
e-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Referente: Sig. Roberto Boretti - tel. 010/5488535
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Prot. n. 18854 del 28/09/2018

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura "Sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine sottovuoto occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria ed AUSL Valle d'Aosta" per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)

Lotti n. 2**Numero gara 6966174**

**Seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice
Verbale del 28/09/2018**

Il giorno 28/09/2018, alle ore 09,30 presso una Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 245 del 29/06/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentate dalle Ditte ammesse a tale fase.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Dott. Luca Nanni	Direttore f.f. U.O. Medicina di Laboratorio Centrale c/o Osp. Policlinico San Martino	in qualità di Presidente
Dott.ssa Susanna Oddera	Dirigente Biologo (ex I livello) P.O. Villa Scassi - A.S.L. 3 Genovese	in qualità di Componente
Dott. Mirco Maneschi	Coordinatore tecnico S.C. Patologia Clinica c/o A.S.L. 5 Spezzino	in qualità di Componente

Per la Centrale di Acquisto, a sostegno della Commissione, sono presenti il Dott. Roberto Baldini, Dirigente Farmacista della Centrale di Acquisto, con funzioni di supporto tecnico specialistico al RUP (Determinazione n. 300 – 2018) e la Sig.ra Loredana Lotti Collaboratore Amministrativo Professionale avente funzione di Segretario Verbalizzante, coadiuvati dal Sig. Roberto Boretti, Assistente Amministrativo della Centrale.

La Commissione giudicatrice, previa verifica dell'integrità della documentazione agli atti, per la quale si conferma la conservazione in luogo chiuso al pubblico, procede alla rilettura del verbale della seduta precedente e stabilisce di proseguire l'istruttoria tecnica già avviata per il lotto 1 con l'accertamento dell'idoneità del meccanismo di sicurezza del sistema preassemblato e degli aghi a farfalla mediante esame della campionatura presentata da ciascuna Ditta concorrente.

Nella tabella seguente vengono riportate le risultanze della suddetta verifica:



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

DITTE CONCORRENTI	SISTEMA PREASSEMBLATO	AGO A FARFALLA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico
GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A.	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico
PRO.LAB. S.r.l.	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico	Il sistema di sicurezza su alcuni campioni dell'ago a farfalla 21 G risulta non efficiente in quanto il segnale acustico non è udibile, la chiusura non è a tenuta e l'ago può essere riattivato
VACUTEST KIMA S.r.l.	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico	Il dispositivo proposto risulta conforme alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico

Terminato quanto sopra la Commissione riepiloga i punti ancora da chiarire e le decisioni al riguardo:

- in riferimento al sistema di sicurezza degli aghi a farfalla 21 G della Ditta PRO.LAB. S.r.l., pur trattandosi dello stesso meccanismo, la criticità è stata rilevata solo su una misura. La Commissione, pertanto, ritiene opportuna una richiesta di ulteriore campionatura di lotto diverso al fine di poter più compiutamente assumere le conseguenti determinazioni;
- per quanto riguarda la lunghezza del tubo di raccordo (prolunga trasparente) dell'ago a farfalla proposto dalle Ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A., GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A. e PRO.LAB. S.r.l., la Commissione reputa la questione meritevole di ulteriore approfondimento sul sito del Ministero della Salute per i dispositivi ivi repertoriati (in quanto, come previsto dalla legislazione vigente e dalla lex specialis, i dati e le informazioni sui dispositivi medici repertoriati in Banca Dati NSIS costituiscono parte integrante della documentazione di gara);
- in riferimento alla difficoltà di reperire all'interno della documentazione fornita dalla Ditta GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A. la garanzia del mantenimento del vuoto fino alla data di scadenza delle provette, la Commissione Giudicatrice decide di acquisire precisazioni in merito tramite consultazione dei documenti repertoriati nella Banca Dati NSIS del Ministero della Salute ovvero direttamente presso l'Offerente.

La Commissione stabilisce di rinviare qualsiasi valutazione all'esito degli accertamenti documentali richiesti.

Alle ore 11,30, cristallizzato il Lotto 1, la Commissione giudicatrice inizia l'istruttoria preliminare sulle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti per il Lotto 2, accertando, senza effettuare al momento alcuna valutazione di sorta, la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara. Il risultato della suddetta verifica è contenuto in apposite schede riepilogative che saranno anch'esse allegare al sopra citato verbale conclusivo.

Per comodità di consultazione viene di seguito sintetizzato un breve riepilogo:

Ditta GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A.

LOTTO 2: I dispositivi offerti risultano conformi a tutte le specifiche richieste dal Capitolato Tecnico. Non viene presa in considerazione la provetta cod. 455001 in quanto trattasi di provetta per sangue.

