



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Responsabile del procedimento:

Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/5488561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente:

Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/5488542

e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

**Oggetto: Risposte alle richieste di chiarimento
post-indizione da parte degli
Operatori Economici.
Procedura di gara fornitura
Generatori di Gallio e tecnezio.**

Quesito n. 1

Nel Disciplinare, a pag. 29, art. 15.2.1, punto H) e a pag. 36, punto G), viene richiesto il PASSOE firmato digitalmente.

Si chiede di confermare che trattasi di refuso, in quanto per le procedure indette dopo il 01.01.2024, il PASSOE non è più richiesto.

Risposta

si conferma che trattasi di refuso.

Poichè è stato creato il campo obbligatorio, si prega di allegare una dichiarazione che il Passoe non è più richiesto.

Quesito n. 2

1. Si chiede di confermare che l'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione non sia richiesto agli operatori economici appartenenti alle categorie micro, piccole e medie imprese.

2. Nel disciplinare di gara, par. 15.2.1 Documentazione Amministrativa, punto h) viene richiesto il PASSOE. Si fa presente che a partire dal 1/01/2024 è stato dismesso l'uso del PassOE con l'entrata in vigore della Versione 2 del FVOE, come riportato dal portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

Si chiede quindi di confermare che il PASSOE non debba essere presentato.

Risposta

si conferma che trattasi di refusi:

1. Non è più richiesto l'impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva.
2. Il passoe non è più da presentare ma poichè è stato creato il campo obbligatorio, si prega di allegare una dichiarazione che il Passoe non è più richiesto.

Quesito n. 3

con la presente si chiede il seguente chiarimento:

Nella descrizione dei prodotti da offrire per il lotto 2, viene indicato un range di attività in Mo-99. Si chiede di confermare che l'attività indicata a calibrazione sia in Mo-99 e non in Tc-99m.

Risposta

Si conferma che "il range di attività è riferito al radionuclide Molibdeno".

Quesito n. 4

Rif. Disciplinare di gara, pag. 41, "7. Digitare a Sistema, nell'apposito campo denominato 'Dichiarazione di accettazione della dimostrazione pratica' la disponibilità all'effettuazione della dimostrazione pratica dei prodotti offerti in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico Prestazionale"; nel Capitolato Tecnico Prestazionale non sembra esistere alcun paragrafo 6, potete chiarire se si tratta di refuso?

Risposta

Trattasi di refuso, non è prevista prova pratica.

Quesito n. 5

con riferimento al Disciplinare, art. 15.2.4, punto 7. "Dichiarazione accettazione prova pratica", facciamo presente che per la natura del prodotto stesso, non è possibile effettuare una prova pratica. Si prega confermare che trattasi di refuso.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 5.

Quesito n. 6

Revisione base d'asta

Spett.le Regione Liguria, In considerazione delle attuali e difficili condizioni di mercato (inflazioni, aumento prezzi materie prime, aumento prezzi trasporto, etc.), con la presente Vi informiamo che la scrivente società non è in grado di rispettare le basi d'asta da voi indicate, sia per quanto riguarda i prodotti che per le spese di trasporto. Al fine di garantire la più ampia partecipazione nella procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte, si chiede un aumento delle basi d'asta del 60% sui generatori e del 25% sui trasporti. Vi informiamo inoltre che qualora la nostra richiesta non verrà accolta, non saremo nelle condizioni di rispondere alla procedura.

Risposta

Si evidenzia che tutte le basi d'asta sono state aumentate in maniera significativa rispetto ai prezzi di aggiudicazione dell'edizione precedente.

Le nuove basi d'asta sono state calcolate, tenuto conto degli attuali importi di riferimento, attinti presso altre Stazioni Appaltanti, in base ad una media e tenuto conto altresì degli attuali aumenti dei prezzi in tutti i settori economici, a causa della grave crisi internazionale in corso.

IL DIRIGENTE RUP
Dott. Luigi Moreno Costa

