



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	“Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino” della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811” - Aggiudicazione a favore del RTI Siemens Healthcare S.r.l. - C.E.I. S.p.A. per un importo di €. 1.220.082,33
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Pietro LEVAGGI
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante "Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2022" integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23/06/2022 recante "Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022";

- il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n. 1619 del 15 marzo 2022 recante “avviso per una manifestazione di interesse al fine di predisporre un elenco di professionisti e un elenco di operatori economici necessari per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016”;
- il decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n. 2837 del 9 maggio 2022 recante” *Manifestazione di interesse al fine di predisporre un elenco di Professionisti ed un elenco di Operatori Economici necessari per la realizzazione dei lavori relativi al PNRR e ad altri interventi di edilizia sanitaria ricadenti nella disciplina dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Procedura Id Sintel 152166733 e Procedura Id Sintel 152166931). Formazione Elenchi*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 72 del 07 febbraio 2022 “Indirizzi relativi al programma degli investimenti PNRR edilizia sanitaria e di digitalizzazione dei servizi ospedalieri”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 08/03/2022 “PNRR Missione 6 - PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità - M6C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali - M6C1 1.3 Ospedali della Comunità - M6C2 1.1 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 1.2 Antisismica”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 26 maggio 2022 recante “PNRR - Missione 6 salute – approvazione contratto istituzionale di sviluppo (CIS)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 13/07/2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano per gli investimenti complementari (PNC) – Accertamento per € 190.357.257,11 e contestuale impegno delle risorse per complessivi € 195.357.257,11 a favore delle AA.SS.LL. ed Enti del Sistema Sanitario Regionale”;

PREMESSO CHE:

- è stata indetta, con decreto n. 8118 del 21/12/2022, la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la “Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino” della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 – importo complessivo pari ad €. 1.324.516,21=, IVA esclusa;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 02/03/2023 ore 17:00, ha presentato offerta l’RTI Siemens Healthcare S.r.l. - C.E.I. S.p.A.;

DATO ATTO CHE con decreto n. 2658 del 18/04/2023, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara in argomento, in aderenza al diverso spettro di competenza professionali richieste;

PRESO ATTO CHE:

- il 28/04/2023 si è proceduto all’apertura delle buste tecniche in seduta pubblica, come da verbale n. 4, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- la commissione giudicatrice si è riunita nella giornata del 01/06/2023 come da verbale n. 5, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- in data 06/06/2023, si è proceduto all'apertura della busta telematica economica, come da verbale n. 6, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che RTI Siemens Healthcare S.r.l. - C.E.I. S.p.A. ha ottenuto 100 punti (70 punti alla componente qualitativa e 30 punti alla componente prezzo), per un importo complessivo pari ad €. 1.220.082,33=, IVA esclusa, secondo il seguente dettaglio delle singole voci che compongono l'offerta:

Descrizione	Prezzo offerto
Fornitura e installazione RM 1,5T	€ 880.000,00
Lavori	€ 325.576,20
Servizi progettuali	€ 7.741,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.765,02

- il RUP, come da verbale n. 7 del 06/06/2023, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, ha dichiarato che non si rilevano difformità rispetto alla lex specialis per quanto concerne la documentazione economica presentata e pertanto ha valutato complessivamente gli elementi economici per addivenire alla proposta di aggiudicazione;

DATO INFINE ATTO CHE:

- al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle Deliberazioni dell'ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 1377 del 29.12.2020, si provvederà con separati provvedimenti;
- le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla GURI e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221;

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

- DI APPROVARE** i verbali di gara, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, relativi all'aggiudicazione della procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la *“Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino” della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811”*;
- DI AGGIUDICARE** la procedura in argomento al RTI Siemens Healthcare S.r.l. (sede in Milano - Via Vipiteno n. 4 cap. 20128 – P.IVA: 12268050155) - C.E.I. S.p.A. (sede in Milano - Piazza IV Novembre 4 cap 20124 -P. IVA n. 09183610154) per un importo di €. 1.220.082,33=, IVA esclusa;
- DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione è efficace essendo stati effettuati i controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

4. DI DARE ATTO che è stata trasmessa la richiesta di informativa antimafia ai competenti organi e pertanto si potrà procedere alla stipula della convenzione in via di urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il diritto di recedere in caso sussistenza di eventuali cause di ostatività;

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara in argomento nelle forme di legge:

in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

sui seguenti quotidiani e siti informatici:


- Messaggero nell'edizione nazionale;
- Il Mattino nell'edizione nazionale;
- Repubblica ed. Liguria;
- Il Giornale ed. Genova;
- Servizio appalti Regione Liguria;
- Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti;
- Sito web www.acquistiliguria.it;

6. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, nonché della spesa relativa al versamento del contributo di gara di cui alle deliberazioni dell'ANAC n. 163 del 22.12.2015 e n. 830 del 21.12.2021, si provvederà con separato decreto;

7. DI DARE ATTO che le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - testo vigente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA

Prot-2023-0361064 del 28/04/2023

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la "Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) - CUP C34E22000210006 - CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 -

SEDUTA PUBBLICA

Verbale n. 4 seduta pubblica apertura busta tecnica

Il giorno 28/04/2023, alle ore 12:05 si riuniscono presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova:

- RUP - Dott. Pietro Levaggi
- Funzionario e segretario verbalizzante - Dott. Davide Florio
- Ufficiale Rogante - Dott.ssa Sara Bugatto.

E' collegata mediante videoconferenza Skype la commissione giudicatrice, nominata giusto Decreto n. 2658 del 18/04/2023, e composta da:

- Massimo Canevari, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
- Daria Schettini con funzione di Commissario;
- Daniele Zefiro, con funzione di Commissario.

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri.


Le ditte possono visionare via streaming la presente seduta, al link che è stato loro in precedenza comunicato.

Si dà atto che l'RTI Siemens – CEI ha caricato a sistema la documentazione richiesta da lex specialis.


La documentazione tecnica sarà messa a disposizione della commissione giudicatrice tramite link riservato e protetto da codice di accesso temporaneo sul portale “Servizio file share di Regione Liguria”.

La seduta si chiude alle ore 12:07


Presidente
Ing. Massimo Canevari




Componente
Dott.ssa Daria Schettini




Componente
Dott. Daniele Zefiro




RUP
Dott. Pietro Levaggi




Ufficiale Rogante
Dott.ssa Sara Bugatto



Funzionario referente e Segretario
Dott. Davide Florio





REGIONE LIGURIA

Prot-2023-0472900 del 01/06/2023

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la "Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino" della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) - CUP C34E22000210006 - CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 -

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 5 seduta riservata commissione giudicatrice

Il giorno 01/06/2023, alle ore 09:40 si riunisce presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova la commissione giudicatrice, nominata giusto Decreto n. 2658 del 18/04/2023, e composta da:

Massimo Canevari, con funzione di Presidente della Commissione di Aggiudicazione;
Daria Schettini con funzione di Commissario;
Daniele Zefiro, con funzione di Commissario.

Presenza il RUP Dott. Pietro Levaggi

Si dà innanzitutto atto che la documentazione tecnica è stata messa a disposizione della commissione giudicatrice, in conformità all'art. 7 delle "Linee Guida per la designazione delle Commissioni", approvate con Decreto n. 3802 del 20/06/2021 e tramite link riservato e protetto da codice di accesso temporaneo sul portale "Servizio file share di Regione Liguria" e pertanto ha iniziato a svolgere in autonomia il lavoro istruttorio.

La commissione ha analizzato le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste ed attesta che tutti i parametri sono rispondenti alla lex specialis e pertanto procede con l'attribuzione dei punteggi premianti, allegando al presente verbale, una tabella riepilogativa.


La commissione prosegue e conclude la compilazione della tabella riepilogativa dando atto che RTI Siemens ha ottenuto 68 punti: viene ammessa alla fase successiva della gara in quanto ha superato la soglia di sbarramento fissata in almeno 36 punti su 70 punti disponibili.

Il suo punteggio viene riparametrato a 70 punti in quanto non ha raggiunto quello massimo attribuibile.

La seduta si chiude alle ore 14:00


Presidente

Ing. Massimo Canevari




Componente

Dott.ssa Daria Schettini




Componente

Dott. Daniele Zefiro



RUP

Dott. Pietro Levaggi



Requisiti Preferenziali


	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE	Parametro indicato	Criterio valutativo	PUNTI
	Magnete			
1	Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico (max valore ppm) misurato come V-RMS (almeno 24 piani, almeno 24 punti di misura per piano), su sfere di riferimento all'isocentro pari a 0,5 ppm per 30 cm di diametro. Verrà premiato il valore del parametro MINORE al valore 0,5 ppm per 30 cm di diametro.	0,2 ppm	Q4	2,5
2	Valore garantito dell'omogeneità del campo magnetico (max valore ppm) misurato come V-RMS (almeno 24 piani, almeno 24 punti di misura per piano), su sfere di riferimento all'isocentro pari a 1,2 ppm per 40 cm di diametro. Verrà premiato il valore del parametro MINORE al valore 1,2 ppm per 40 cm di diametro.	0,75 ppm	Q4	2,5
3	FOV massimo sui tre assi non inferiore a 50 cm x 50 cm x 45 cm. Verrà premiato il valore del parametro MAGGIORE di 112.500 cm³	125.000 cm³	Q3	2
	Gantry e Tavolo Paziente			
4	Diametro minimo del tunnel (> 68 cm)	70 cm	Q3	1
5	Capacità di carico del tavolo paziente (> 200 Kg)	250 kg	Q3	1
6	Massima lunghezza scansionabile del tavolo (> 180 cm)	205 cm	Q3	3
7	Possibilità di rilevare il respiro del paziente senza l'ausilio di elementi esterni	SI	Q5	1
	Gradienti nelle tre direzioni dello spazio x,y,z.			
8	Gradienti di intensità massima (per singolo asse (x, y, z), ≥ 44 mT/m) valore nominale	45 mT/m	Q3	1
9	Slew rate massimo (per singolo asse (x, y, z), ≥ 200 mT/m/ms) valore nominale	200 mT/m/ms	Q3	0
	Catena di radiofrequenza			
10	Elevato numero di canali attivabili contemporaneamente in ricezione (> 32) nel campo di vista	48	Q3	3
11	Numero di canali indipendenti della bobina head-neck phased array, prevista anche per applicazioni neurovascolari (≥ 16, di cui almeno 12 dedicati all'encefalo)	20 di cui 16 dedicati all'encefalo	Q3	3
12	Numeri di canali attivi contemporaneamente della bobina colonna phased array integrata nel tavolo, con possibilità di uso combinato con altre bobine e almeno 50 cm di copertura fisica (≥ 32 canali attivi contemporaneamente)	48	Q3	3
13	Numero di canali indipendenti complessivi della/e bobina/e phased array, per studi addominali e cardiaci non inferiore a 50 cm x 50 (≥ 16 canali, per ogni singola bobina addome)	48	Q3	3
14	Fornitura di n° 2 bobine flessibili phased array, ad almeno 4 canali ciascuna, per eseguire esami su distretti superficiali a livello di medie articolazioni (polso, gomito, ...) e a livello di grandi articolazioni (ginocchio, spalla, ...). Verrà valutata la tipologia e la flessibilità di impiego nei vari distretti di interesse delle bobine offerte.	36 canali totali e utilizzabili nel campo di vista: offerte due bobine ultra flessibili ad alta densità di canali, ciascuna dotata di 18 canali in ricezione. La commissione all'unanimità ritiene quanto offerto eccellente.	Q2	3
15	Bobine per studi total body e per studi vascolari, con copertura degli arti inferiori per angio periferico. Verrà valutata la tipologia e la flessibilità di impiego nei vari distretti di interesse delle bobine offerte.	Presente, totale di canali pari a 106. La commissione all'unanimità ritiene quanto offerto eccellente.	Q2	3
16	Numero di canali per la bobina mammella dedicata all'esecuzione di biopsia mammaria (≥ 7).	25	Q3	3
17	Numero di canali per la bobina mammella dedicata all'esecuzione di esame diagnostico monolaterale/bilaterale (≥ 7).	36	Q3	3
	Sequenze di acquisizione			
18	Tecniche volumetriche per l'imaging della mammella di entrambi i seni acquisibili contemporaneamente sul piano sagittale, con studi dinamici completi di relativo software di elaborazione. Verrà valutata la descrizione delle tecniche offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
19	Sequenze multi contrasto Dixon (in-phase, out-of-phase, fat only, water only) acquisibili nella medesima sequenza Sequenze per angio RM: o Tecniche angio con mdc dei vasi epiaortici e aorto addominale, incluse tecniche automatizzate con mdc per acquisizione sugli arti inferiori; o tecniche "Time Of Flight" (2D e 3D); o "Phase Contrast" (2D e 3D). Tecniche per acquisizione angio RM dinamica "Time Resolved" ad alta risoluzione temporale e spaziale anche con tecniche di imaging parallelo. Verrà valutata la descrizione delle sequenze e delle tecniche offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2

20	Sequenze cardio RM per studio morfologico e funzionale: o Valutazione morfo-funzionale con acquisizione triggerata ECG (monitoraggio vettocardiografico con trasmissione bluetooth) e modalità flessibile per pz con aritmie o bradi-tachiaritmie (gating prospettico e retrospettivo, possibilità di modulare la durata dell'acquisizione) o Visualizzazione cine di più fasi cardiache sulle diverse localizzazioni anatomiche o Caratterizzazione tissutale: sequenze T1-T2 pesate con e senza saturazione del grasso, sequenze tipo STIR, sequenze T2* gated echo breath hold multislice con possibilità di modulare gli intervalli TE, mapping T1-T2-T2*, sequenze T1 ad eco di gradiente con K spazio segmentato e Gradient echo ad echo bilanciato con inversion recovery e soppressione del grasso per early e late gadolinium enhancement che preveda l'acquisizione con tempi di inversione, sequenze T1 mapping numerico in apnea prolungata e breve (pre e post contrasto), tagging, real-time o Valutazione della perfusione tissutale con sequenze epi, Gradient echo ad echo bilanciato e T1 ad echo di gradiente per la perfusione miocardica o Sequenze velocity encoding (VENC) per la valutazione dei gradienti trans valvolari e di misura del flusso sistemico e polmonare, con posizionamento automatico nell'isocentro del magnete per la riduzione della disomogeneità di campo. Compatibilità delle immagini generate con i principali software di elaborazione di immagini disponibili. Verrà valutata la descrizione delle sequenze e delle tecniche offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
21	Sequenze studi neurologici per l'encefalo e la colonna comprensivi di diffusione, con relativi software per l'elaborazione delle mappe ADC Imaging neuro RM. Verrà valutata la descrizione delle sequenze e delle funzionalità software offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
22	Sequenze dedicate allo studio contemporaneo delle mammelle con tecniche di imaging parallelo, con tecniche di acquisizione in T1 volumetriche ad alta risoluzione con o senza saturazione del grasso e con studi in diffusione delle aree di interesse. Verrà valutata la descrizione delle sequenze e delle tecniche offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
23	Studio della prostata con tecniche in diffusione e perfusione, dinamiche con possibilità di sottrazione dell'immagine e curve intensità-tempo. Verrà valutata la descrizione delle tecniche offerte.	Descrizione completa rispondente alle finalità dichiarate nel capitolato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
24	Ulteriori tipologie di sequenze offerte: per esempio sequenze a basso impatto acustico, soppressione degli artefatti da movimento e ferromagnetici, sequenza flip angle variabile, software di compositing. Specificare le modalità di acquisizione.	Le modalità di acquisizione proposte risultano complete ed adeguate. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	1
25	Bobine phased array multipurpose con caratteristiche innovative, in particolare relative al comfort del paziente	SI	Q5	1
26	Eventuali tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Specificare su quali sequenze e gli ambiti di applicazione	La ditta dichiara che non è presente nessun limite alle sequenze di utilizzo applicabili nei distretti anatomici descritti nella scheda tecnica. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	1
27	Workstation di post-elaborazione (integrata da un punto di vista operativo con la console principale, ma dotata di proprio processore indipendente) Dimensione, in pollici, della diagonale del monitor della workstation (≥ 19")	24"	Q3	1
28	DURATA DELLA GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA Durata della garanzia oltre il periodo minimo previsto dal capitolato: Indicare il numero di mesi offerti oltre i 12 mesi minimi richiesti	4 mesi aggiuntivi	Q3	3
29	Tempi di intervento: Indicare un valore minore uguale a 8 ore lavorative	4 ore dalla chiamata	Q4	1
30	Tempo massimo per il ripristino della funzionalità dall'inizio dell'intervento Indicare un valore minore uguale a 16 ore lavorative	8 ore	Q4	1
31	Orario di accettazione richieste di intervento: indicare il numero di ore giornaliere in cui è attivo il Customer Care (ad esempio: 8:00 - 16:00)	H24 7 giorni su 7	Q3*	1
FORMAZIONE ED IMPATTO AMBIENTALE				
32	Indicare il programma formativo: Specificare nel dettaglio il piano formativo proposto per il personale, il numero di ore dedicate ai training e la tipologia dei corsi proposti	Vengono offerte 10 giornate lavorative ed il programma descritto copre tutte le figure professionali coinvolte: risulta adeguato. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
33	Impatto ambientale: indicare alcune misure relative al minor impatto energetico/chimico.	La documentazione fornita risulta adeguata alle finalità richieste. La commissione all'unanimità valuta la proposta attribuendo un punteggio di 1,00	Q2	2
Welfare				
34	Posse di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.	SI	Q5	1
35	Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.	NO	Q3	0
36	Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37 - 41 del Decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio di Consigliera di Parità.	SI	Q5	1


B

D7

37	<p>Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro descritti nei seguenti n° 13 punti:</p> <p>a) asilo nido aziendale/territoriale convenzionato Inklusivo; b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up; c) telelavoro o Smart working; d) part time, aspettativa per motivi personali; e) integrazione economica a congedi parentali; f) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/Inclusione persone con disabilità; h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile; i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; j) adesione a network territoriali per la parità; k) identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager); l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte); m) Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.</p>	7 strumenti	<p><u>Meno di 4 strumenti</u> = 0 punti</p> <p><u>Tra 4 e 6 strumenti</u> = 1 punto</p> <p><u>7 o più strumenti</u> = 2 punti</p>	2
PUNTEGGIO TOTALE				68



12



REGIONE LIGURIA

Prot-2023-0595452 del 06/06/2023

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Oggetto: “Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino” della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 –

SEDUTA PUBBLICA

Verbale n. 6 seduta pubblica apertura buste telematiche economiche

Il giorno 06/06/2023, alle ore 10:09 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova sono presenti due componenti della commissione giudicatrice, nominata giusto Decreto n. 2658 del 18/04/2023:

- Daria Schettini con funzione di Commissario;
- Daniele Zefiro, con funzione di Commissario.

- RUP Dott. Pietro Levaggi
- Funzionario referente e segretario verbalizzante – Dott. Davide Florio
- Ufficiale Rogante – Avv. Noemi Betti

E' collegato mediante videoconferenza Skype il Presidente della commissione giudicatrice l'Ing. Massimo Canevari.

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri.

Le ditte possono visionare via streaming la presente seduta, al link che è stato loro in precedenza comunicato.

Si dà atto che la ditta RTI Siemens ha ottenuto 70 punti in fase di valutazione dell'offerta tecnica e pertanto è ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica.

La ditta offre €. 1.220.082,33=, IVA esclusa, e pertanto l'importo è inferiore alla base d'asta pari ad €. 1.324.516,21=, IVA esclusa.

La seduta si chiude alle ore 10:11


Presidente

Ing. Massimo Canevari

FIRMATO DIGITALMENTE


Componente

Dott.ssa Daria Schettini




Componente

Dott. Daniele Zefiro



RUP

Dott. Pietro Levaggi




Ufficiale Rogante


Dott. Noemi Betti



Funzionario referente e Segretario

Dott. Davide Florio





REGIONE LIGURIA

Prot-2023-0595820 del 06/06/2023

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

Oggetto: “Fornitura e posa in opera di una RM 1,5T presso il pad. IST SUD piano fondi dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino” della durata di 12 mesi - finanziato dal PNRR - M6C2 Intervento - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie (Grandi Apparecchiature) – CUP C34E22000210006 – CIG 95515994D8 - N° Gara 8854811 –

SEDUTA RISERVATA

Verbale n. 7 seduta riservata verifica documentazione economica

Il giorno 06/06/2023, alle ore 10:45 si riuniscono presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova:

- RUP – Dott. Luigi Moreno Costa;
- Funzionario referente e segretario – Dott. Pietro Levaggi

Il RUP procede alla verifica ed analisi dei files caricati sulla piattaforma telematica Sintel nella busta telematica economica presentata dalla Siemens Healthcare e non rileva difformità rispetto alla lex specialis.

Il RUP valutati complessivamente gli elementi economici procede con gli adempimenti conseguenti per addivenire all'aggiudicazione della procedura.

La seduta si chiude alle ore 11:05

RUP

Dott. Pietro Levaggi

Funzionario referente e Segretario

Dott. Davide Florio

Identificativo atto: 2023-AM-4423

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	21-06-2023 15:32
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	21-06-2023 15:32
Approvazione legittimità	Noemi BETTI		Giorgia CATTI	21-06-2023 14:04
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Pietro LEVAGGI		-	21-06-2023 13:47

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria