



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) per un periodo di mesi 36. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967 – Aggiudicazione.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "laddove ancora vigente ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "*Disciplina delle attività contrattuali regionali*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "*razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione*";
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "*Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "*Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "*Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante "*Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni funzionali per l'anno 2022*";

PREMESSO CHE:

- con il decreto del dirigente n. 3067 del 17/05/2022, rettificato con successivi Decreto del Dirigente n. 3683 del 13/06/2022 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016

tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel” per l’affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) per un periodo di mesi 36, lotti n. 5, numero gara 8565870, ID SINTEL 154583967;

- con il decreto del dirigente n. 3886 del 20/06/2022, è stato nominato il seggio di gara;

PRESO ATTO CHE dal verbale di apertura della documentazione amministrativa, di cui al Prot-2022-0425004 del 22/06/2022, risulta che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

CONCORRENTE	Partita IVA	N. protocollo informatico Sintel
DIPO S.r.l.	05878101004	1654847874709
EMMECI 4 S.r.l.	00474010345	1655296617640
ALCON ITALIA S.p.A.	07435060152	1655367207873
CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	00721920155	1655367567482
AMO Italy S.r.l.	07121831007	1655372148824
ALFA INTES	07677821212	1655385699209
DAMBO S.r.l.	08405110720	1655462063061
TEC MED S.r.l.	06859310580	1655462150485
DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	08055610722	1655475035116

VISTO il decreto del Dirigente n. 6493 del 18/10/2022, con il quale si disponeva l’esclusione del concorrente ALFA INTES s.r.l. e l’ammissione alle successive fasi di gara dei seguenti concorrenti:

N.	OPERATORE ECONOMICO	STATO
1	DIPO S.r.l.	AMMESSA post attivazione del soccorso istruttorio
2	EMMECI 4 S.r.l.	AMMESSA
3	ALCON ITALIA S.p.A.	AMMESSA
4	CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	AMMESSA
5	AMO Italy S.r.l.	AMMESSA
6	DAMBO S.r.l.	AMMESSA
7	TEC MED S.r.l.	AMMESSA
8	DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	AMMESSA post attivazione del soccorso istruttorio

VISTO altresì il decreto del Dirigente n. 6563 del 19/10/2022 con il quale si nominava la Commissione giudicatrice nelle persone del Dott. Paolo Ligorio (Presidente), Dott. Paolo Campagna e Dott. Carlandrea Trillo (componenti);

PRESO ATTO dei verbali delle sedute riservate di valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice svoltesi il 06/12/2022 (Prot-2022-1606589 del 21/12/2022), il 20/12/2022 (Prot-2022-1606606 del 21/12/2022), 04/04/2023 (Prot-2023-0365871 del 02/05/2023), 06/06/2023 (Prot-2023-0817902 del 20/06/2023) e dei verbali delle sedute pubbliche di apertura delle buste tecniche ed economiche, rispettivamente avvenute in data 15/11/2022 Prot-2022-1269435 del 16/11/2022) e 20/06/2023 (Prot-2023-0817917 del 20/06/2023), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- la Commissione giudicatrice ha proposto l'esclusione dei seguenti concorrenti, comunicate nelle sottoindicate date, per le motivazioni, espresse in maniera più articolata nei richiamati verbali, al cui contenuto si rinvia essendo gli stessi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, negli indicati lotti partecipati:

CONCORRENTE	Lotti	Comunicazione esclusione
DIPO S.r.l.	1	Prot-2022-1606750 del 21/12/2022
DAMBO S.r.l.	1-2	Prot-2022-1606742 del 21/12/2022
DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	3	Prot-2022-1606757 del 21/12/2022
TEC MED S.r.l.	1	Prot-2022-1606759 del 21/12/2022

- durante la seduta pubblica di apertura dell'offerta economica svoltasi in data 20/06/2023 (Prot-2023-0817917, verbale soprarichiamato) il RUP ha comunicato le esclusioni, proposte dalla Commissione giudicatrice a seguito della prova pratica, dei seguenti concorrenti, in quanto non è stato raggiunto il punteggio minimo previsto nel Disciplinare di gara, secondo le motivazioni, espresse in maniera più articolata nei richiamati verbali, al cui contenuto si rinvia essendo gli stessi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, negli indicati lotti partecipati:

CONCORRENTE	Lotti
EMMECI 4 S.r.l.	4
ALCON ITALIA S.p.A.	4
CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	2
AMO Italy S.r.l.	1
TEC MED S.r.l.	2

ATTESO CHE, a fronte delle risultanze riportate nei suddetti verbali, la proposta di graduatoria di merito, risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica, è la seguente:

Lotto CIG	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)	Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)	Punteggio offerta economica (max 30 pt.)	Punteggio Totale
LOTTO 1 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mini incisione ($\leq 2,2$ mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido CIG 9231473483	EMMECI 4	70,00	323.960,00	30,00	100,00
LOTTO 2 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6 D a +30D) CIG 9231500AC9	ALCON	70,00	4.827.864,00	30,00	100,00
LOTTO 3 Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6D a +30D) CIG 92315124B2	EMMECI 4	70,00	2.322.080,00	30,00	100,00

<p>LOTTO 4</p> <p>Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido)</p> <p>CIG 92315514E1</p>	AMO ITALY	70,00	928.000,00	30,00	100,00
--	-----------	-------	-------------------	--------------	---------------

DATO INFINE ATTO dell'esito positivo delle verifiche di coerenza effettuate per tutte le offerte economiche scrutinate tra quanto caricato nei campi numerici della piattaforma Sintel e quanto dichiarato nel modello M6;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI CONFERMARE** l'esclusione dei seguenti concorrenti per le motivazioni, espresse in maniera più articolata nei richiamati verbali, al cui contenuto si rinvia essendo gli stessi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale negli indicati lotti partecipati:

CONCORRENTE	Lotti
DIPO S.r.l.	1
EMMECI 4 S.r.l.	4
ALCON ITALIA S.p.A.	4
CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	2
AMO Italy S.r.l.	1
DAMBO S.r.l.	1-2
TEC MED S.r.l.	1-2
DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	3

3. **DI PROCEDERE** alla aggiudicazione della procedura di gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto CIG	Ditta concorrente	Prodotto Offerto		Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)
LOTTO 1 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mini incisione ($\leq 2,2$ mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido CIG 9231473483	EMMECI 4	NC1-SP - HOYA Medical Singapore Pte Ltd - HOYA Nanex multisert+ NC1-SP	€ 89,00	323.960,00
LOTTO 2 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6 D a +30D) CIG 9231500AC9	ALCON	AcrySof Natural SN60AT per poteri da +30 a+ 40 IOL Acrilica Idrofoba Asferica Clareon* con Sistema di Rilascio Pre-Caricato AutonoMe*CNA0T0	€ 102,00	4.827.864,00
LOTTO 3 Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6D a +30D) CIG 92315124B2	EMMECI 4	Mod. Sert+ mod. 255 Cod. HY255	€ 92,00	2.322.080,00

<p>LOTTO 4</p> <p>Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido)</p> <p>CIG 92315514E1</p>	<p>AMO ITALY</p>	<p>TECNIS Eyhance Toric II IOL with TECNIS Simplicity Delivery System</p>	<p>€ 290,00</p>	<p>928.000,00</p>
--	------------------	---	------------------------	--------------------------

4. DI DARE ATTO CHE:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

Ditta	Lotto/Lotti	Importo totale quadriennale in Euro	Importo garanzia definitiva in Euro (10%)
EMMECI 4	1 - 3	3.528.053,33	352.805,33
ALCON	2	6.437.152,00	643.715,2
AMO ITALY	4	1.237.333,33	123.733,33

5. DI DARE ATTO che la convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

6. DI PROVVEDERE alla notifica del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;


7. DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici:

- a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
- b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Il Messaggero nell'edizione nazionale
 - Il Mattino nell'edizione nazionale

- Repubblica ed. Genova
- Il Giornale della Liguria
- c) Osservatorio appalti Regione Liguria
- d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
- e) Sito Web www.acquistiliguria.it

8. DI DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla Società aggiudicataria della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967

1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di apertura della documentazione tecnica

Il giorno 06/12/2022, alle ore 09,00 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Paolo Ligorio	GALLIERA	Dirigente medico S.C. Oculistica Oncologica
Componente	Dott. Carlandrea Trillo	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica
Componente	Dott. Paolo Campagna	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Clinica Oculistica

Risultano altresì presenti la Sig.a Loredana Lotti - Funzionario della SUAR e la Dott.ssa Paola Gerbino – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice dà preliminarmente atto che:

- con decreto del Dirigente n. 6493 del 18/10/2022 veniva disposta l'esclusione alle successive fasi della procedura di gara in oggetto del concorrente Alfa Intes S.r.l. e l'ammissione alle successive fasi di gara degli ulteriori concorrenti;
- nella seduta pubblica del 15/11/2022 (verbale Prot-2022-1269435 del 16/11/2022) si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse e, segnatamente:

N.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTI	STATO
1	DIPO S.r.l.	1	AMMESSA
2	EMMECI 4 S.r.l.	1-3-4	AMMESSA
3	ALCON ITALIA S.p.A.	2-4	AMMESSA
4	CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	2	AMMESSA
5	AMO Italy S.r.l.	1-4	AMMESSA
6	DAMBO S.r.l.	1-2	AMMESSA
7	TEC MED S.r.l.	1-2	AMMESSA
8	DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	3	AMMESSA

Per effetto dell'esclusione della ditta Alfa Intes S.r.l. il Lotto 5 risulta non partecipato.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procede alla disamina della documentazione presentata dalle ditte concorrenti al fine di verificarne la completezza e la rispondenza a quanto richiesto dal Capitolato tecnico-prestazionale.


I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Alle ore 11,40 la Sig.ra Lotti lascia la seduta.


Alle ore 12,45 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori al giorno 20/12/2022 per la compilazione delle tabelle relative ai requisiti minimi, predisposte dagli uffici della SUAR e che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Paolo Ligorio




Dott. Paolo Campagna




Dott. Carlandrea Trillo



Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino



**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti – Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967

2^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 20/12/2022, alle ore 09,15 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Paolo Ligorio	GALLIERA	Dirigente medico S.C. Oculistica Oncologica
Componente	Dott. Carlandrea Trillo	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica
Componente	Dott. Paolo Campagna	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Clinica Oculistica

Risulta presente la Dott.ssa Paola Gerbino – Componente del Seggio di gara e Referente della procedura, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Nel corso della seduta odierna la Commissione procederà alla formalizzazione della presenza dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dal Capitolato tecnico-prestazionale.

Gli uffici della SUAR hanno altresì predisposto apposite schede, inviate a ciascun commissario, riportante i requisiti minimi previsti ai fini dell'ammissibilità del concorrente.

Pertanto, la Commissione compila i campi relativi alle caratteristiche indispensabili, riscontrando punto per punto i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara.

La Commissione Giudicatrice, all'esito della disamina della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti, riscontra quanto segue:

Ditta ALCON ITALIA S.p.A. – Lotti 2 e 4: IDONEA

Ditta AMO Italy S.r.l. – Lotti 1 e 4: Per quanto concerne il Lotto 1 la Commissione manifesta la necessità di un chiarimento in quanto dalla lettura dell'offerta silente viene offerto un manipolo in titanio per lente. Tenuto conto che il dispositivo è sterilizzabile (e quindi pluriuso) si ritiene necessario richiedere all'offerente conferma della fornitura di un manipolo per ogni lente. In riferimento al Lotto 4 l'offerta risulta IDONEA

Ditta CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO – Lotto 2: IDONEA

Ditta DAMBO S.r.l. – Lotti 1 e 2: ESCLUSA – per entrambi i lotti viene offerta la lente “Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens” Mod. HLL260125CRCA priva di CND in quanto in corso di registrazione. Non viene fornita la scheda tecnica del dispositivo ma “Dichiarazione della Ophthalmic Solutions Inc sul rispetto delle caratteristiche essenziali” unitamente a documento denominato “brochure”, dalla lettura dei quali la Commissione ha potuto rilevare solo alcuni dei dati riferibili ai requisiti minimi richiesti. In particolare non vengono dichiarati l'indice di rifrazione ed il contenuto d'acqua. Inoltre sempre nella brochure si evince la carenza degli ulteriori requisiti minimi a pena di esclusione:

Lotto 1 – in relazione al requisito “Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con progressione 0,50, precaricata”, viene offerta gamma da + 6 a + 30 con intervallo di 0,50 solo per i poteri da +15 a +30;

Lotto 2 – in relazione al requisito “Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica identiche a quelle identificate nei requisiti di minima” non viene offerto ampliamento di gamma.


Ditta DIPO S.r.l.- Lotto 1 - ESCLUSA in quanto in relazione al requisito minimo a pena di esclusione “Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con progressione 0,50, precaricata”, viene offerta gamma da 0 a +10 incremento di 1 diottria, da +10 a +30 incremento di 0,5, non ottemperando alla richiesta di incremento di 0,5 per tutte le diottrie indicate.

Ditta DREAM DISTRIBUTION S.r.l. – Lotto 3 – ESCLUSA -viene offerta la lente “Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens” Mod. HLL260125CRCA priva di CND in quanto in corso di registrazione. Non viene fornita la scheda tecnica del dispositivo ma “Dichiarazione della Ophthalmic Solutions Inc sul rispetto delle caratteristiche essenziali” unitamente a documento denominato “brochure”, dalla lettura dei quali la Commissione ha potuto rilevare solo alcuni dei dati riferibili ai requisiti minimi richiesti. In particolare non vengono dichiarati l'indice di rifrazione, il contenuto d'acqua la forma delle anse.

Ditta EMMECI 4 S.r.l. – Lotti 1-3-4: IDONEA

Ditta Tec MED S.r.l. – Lotti 1 e 2. Per ciò che concerne il Lotto 1 il concorrente viene ESCLUSO in quanto in relazione al requisito “Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con progressione 0,50, precaricata”, viene offerta gamma da 0.0 a +10.0 con incrementi di 1.0, da +10.5 a +30.0 con incrementi di 0.5, non ottemperando alla richiesta di incremento di 0,5 per tutte le diottrie indicate. Per quanto concerne il Lotto 2 la Commissione rileva che viene dichiarato un contenuto d'acqua superiore all'1% senza fornire ulteriori specifiche. Viene pertanto stabilito di rinviare la valutazione di tale caratteristica a seguito della visione della campionatura e della relativa confezione.

Conclusa la verifica dei requisiti di minima la Commissione giudicatrice dispone quanto segue:



N.	OPERATORE ECONOMICO	LOTTI	STATO
1	DIPO S.r.l.	1	ESCLUSA
2	EMMECI 4 S.r.l.	1-3-4	AMMESSA
3	ALCON ITALIA S.p.A.	2-4	AMMESSA
4	CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO	2	AMMESSA
5	AMO Italy S.r.l.	1 4	In attesa di chiarimento AMMESSA
6	DAMBO S.r.l.	1-2	ESCLUSA
7	TEC MED S.r.l.	1 2	ESCLUSA In attesa di valutazione della campionatura
8	DREAM DISTRIBUTION S.r.l.	3	ESCLUSA

Alle ore 11,00 la Commissione giudicatrice decide di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori a data da destinarsi, in ragione della programmazione delle prove pratiche per la valutazione delle offerte.


Le risultanze dei lavori saranno riepilogate in tabelle che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione Giudicatrice.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Paolo Ligorio




Dott. Paolo Campagna



Dott. Carlandrea Trillo



Dott.ssa Paola Gerbino



<p style="text-align: center;">LOTTO 1</p> <p style="text-align: center;">Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mitri incisione (52,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido CIG 9231473483</p>		<p style="text-align: center;">AMO</p> <p style="text-align: center;">TECNIS OPTIBlue 1-Piece IOL with SmartLOAD Delivery Technology Cod. GCB00V</p>	<p style="text-align: center;">DAMBO</p> <p style="text-align: center;">Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens</p>	<p style="text-align: center;">DIPO</p> <p style="text-align: center;">SAL P302AC</p>	<p style="text-align: center;">EMMECIA</p> <p style="text-align: center;">NC1-SP - HOYA Medical Singapore Pte Ltd - HOYA Nanex multiserf+ NC1-SP</p>	<p style="text-align: center;">TECMED</p> <p style="text-align: center;">ORIZON Lenti Intraoculari Idrofobiche Precaricate Cod. SDHBP</p>
Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm	6		6	SI	SI	SI
Lunghezza minima 12,50 mm	13		12,5	SI	SI	SI
Indice di rifrazione: $\geq 1,45$	1,47	Non dichiarato	SI	1,5	SI	1,5
Filtro UV	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ampia gamma di poteri diottrici, da +6D a +30D con progressione 0,50, precaricata)	da +5 a +34 precaricata e preassemblata nella tecnologia di inserimento SmartLOAD. Dalla lettura dell'offerta silente sembrerebbe offerto un manipolo in titanio per lente. Tenuto conto che il dispositivo è sterilizzabile (e quindi pluriuso) si ritiene necessario richiedere conferma all'offerente della fornitura di un manipolo per ogni lente	Requisito non presente - (non fornisco scheda tecnica ma solo una dichiarazione di conformità alle caratteristiche richieste tecniche dal Capitolato) Da +6 a +30 con intervallo di 0,50 solo per i poteri da +1,5 a +30	Requisito non presente - Da 0 a +10 incremento di 1 diottria, da +10 a +30 incremento di 0,5	SI	Requisito non presente: da 0,0 a +10,0; incrementi di 1,0; da +10,5 a +30,0; incrementi di 0,5	
Contenuto d'acqua: $\leq 5\%$	$<1\%$	Non dichiarato	SI	SI	SI	
Bordo del disco ottico "square edge"	SI	SI	SI	SI	SI	
ESITO	In attesa di chiarimento	ESCLUSO	ESCLUSO	IDONEO	ESCLUSO	

Three handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, likely representing the parties involved in the procurement process.

<p>LOTTO 2</p> <p>Crissallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (5/2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6 D a +30D)</p> <p>CG 9231500AC9</p>		<p>ALCON</p> <p>AcrySof Natural SN60AT per poteri da +30 a +40</p> <p>IOL Acrilica Idrofoba Asferica Clearon* con Sistema di Rilascio Pre-Caricato Autonomo* CNA01T0</p>		<p>DAMBO</p> <p>Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens</p>		<p>TECMED</p> <p>ORIZON Lenti Intraoculari Idrofobiche Pre-caricate Cod. SDHBPY</p>		<p>ZEISS</p> <p>CT LUCIA 621 PY Cod. 003900-0009-062</p>	
Di�metro disco ottico: almeno 6,00 mm	6	6	6 mm	6 mm					
Lunghezza minima 12,50 mm	13	12,5	13 mm	13 mm					
Indice di rifrazione: $\geq 1,45$	1,55	Non dichiarato	1,49	1,49					
Filtro UV+ filtro luce blu	s�	s�	s�	s�					
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D	CNA01T0 da +6D a +30D con incrementi di 0,5 diottrie	(non forniscono scheda tecnica ma solo una dichiarazione di conformit� alle caratteristiche richieste tecniche dal Capitolato) Dichiarato nella brochure da + 6 a + 30	Da +1 a +30	range diottrico da 0 D a +34 D, con step da 0,5D,					
Contenuto d'acqua: $\leq 5\%$	1,5	Non dichiarato	> all'1% verificare se specificato nella confezione del prodotto	0,3%					
Bordo del disco ottico "square edge"	Precision edge	s�	s�	s�					
Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da +6D a +30D	s�	s�	s�	s�					
Ampiezza di gamma dei poteri diottrici anche su piattaforme diverse ma con caratteristiche dell'ottica identiche a quelle identificate nei requisiti di minima	SN60AT da +30 a +40	Non offerto ampliamento di gamma	Da +1 a +6 stessa lente	Da +0 a +6 e da +30,5 a +34 stessa lente					
ESITO	IDONEO	ESCLUSO	da verificare con campionatura	IDONEO					

LOTTO 3
 Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimatrimiale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione
 (≤ 2,4 mm); iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D)
 CIG 9231512492

DREAM
 Mod. HILL260125CRCA

EMMECI 4
 Mod. Sert+ mod.
 255 Cod. HY255

Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm	6	6
Lunghezza minima 12,50 mm	12,5	12,5
Indice di rifrazione: ≥ 1,45	Non dichiarato	1,52
Filtro UV + filtro luce blu	si	si
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6D a +30D	si	da + 6D a +30D con incremento di 0,5D
Contenuto d'acqua: ≤ 3%	Non dichiarato	0,25
Bordo del disco ottico "square edge"	si	si
Forma delle anse: C "modificata" con angolazione progressiva	Non dichiarato	si
Lente precaricata sul cartridge per poteri diottrici da + 6 D a +30 D	si	si
ESITO	ESCLUSO	AMMESSA

Opme

Paul


Valm...

RS

Lotto 4
 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola
 iniezione (≤ 2,4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non
 conservato in ambiente liquido)
 CIG 92315514E1

	ALCON Mod. TORICA da t2 a t9 Cod. da SN6AT2 a SN6AT9	AMO ITALY TECNIS Eyhance Toric II IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	EMMECI 4 Mod. XY1A TX- SP
Diametro disco ottico: almeno 6,00 mm	6 mm	6,00 mm	6,00 mm
Lunghezza minima 12,50 mm	13 mm	13 mm	13,00 mm
Indice di rifrazione: ≥ 1,45	1,55	1,47	1,548
Filtro UV	Sì	sì	sì
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +10 D a +30 D, con incrementi di 0,5 D	Da +6D a +30D (incrementi di 0,5) e da 31D a +34D (incrementi di 1 diottria)	+5.0 D a +34.0 D con incrementi di 0,5 D	da +10 D a +30 D, con incrementi di 0,5 D
Contenuto d'acqua: ≤ 5%	0,50%	0,99 ± 0,01%	0,60%
Bordo del disco ottico "square edge"	Sì	sì	sì
ESITO	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA








REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Lorenza Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967

3^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 04/04/2023, alle ore 09,10 presso Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Paolo Ligorio	GALLIERA	Dirigente medico S.C. Oculistica Oncologica
Componente	Dott. Carlandrea Trillo	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica
Componente	Dott. Paolo Campagna	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Clinica Oculistica

Risulta presente la Dott.ssa Paola Gerbino - Componente del Seggio di gara.
 Interviene il dott. Luigi Moreno Costa - RUP della gara.

Si dà atto che il concorrente Dambo ha proposto nati all'ANAC istanza di parere di precontenzioso ex art 211 comma 1 D.Lgs. n.50/2016 trasmessa alla SUAR in data 11/01/2023 (Prot-2023-0032885), al fine di vedere annullata l'esclusione dell'offerta presentata nei Lotti 1 e 2, comunicata con nota in data 21/12/2022 (Prot-2022-1606742).

Con nota in data 13/03/2023 (Prot-2023-0270066), trasmessa alla Commissione giudicatrice in data 14/03/2023, ANAC comunicava la delibera n.84 dell'08/03/2023.

La Commissione giudicatrice, alla luce di quanto ritenuto dal Consiglio di ANAC, riesamina la documentazione tecnica relativa alle offerte presentate dalla concorrente Dambo nei lotti 1 e 2, dalla quale emerge che, come già rilevato nella precedente seduta in data 21/12/2022 (Prot-2022-1606606), il dispositivo offerto è carente dei requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico, pena esclusione.

Pertanto, la Commissione giudicatrice conferma l'esclusione delle offerte presentate nei Lotti 1 e 2 da parte del concorrente Dambo.

La seduta è tolta alle ore 10,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice

Dott. Paolo Ligorio





Dott. Paolo Campagna


Dott. CarlAndrea Trillo

Per la SUAR

Dott. Luigi Moreno Costa

Dott.ssa Paola Gerbino





REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE

 SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionari referenti: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967

4[^] SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verbale di valutazione della documentazione tecnica

Il giorno 06/06/2023, alle ore 09,10 presso Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto per la verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, risulta così composta:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Paolo Ligorio	GALLIERA	Dirigente medico S.C. Oculistica Oncologica
Componente	Dott. Carlandrea Trillo	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica
Componente	Dott. Paolo Campagna	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Clinica Oculistica

Risultano presenti la Sig.ra Loredana Lotti – Componente del Seggio di gara la Dott.ssa Paola Gerbino - Componente del Seggio di gara.

La Commissione giudicatrice dà atto di essersi riunita in data 19/05/2023 presso il Policlinico San Martino per l'effettuazione delle prove pratiche per la valutazione dei dispositivi in gara.

Si precisa che il Disciplinare di gara, in merito alla valutazione dell'offerta tecnica, prevede:

“Al fine di consentire il rispetto di standard di qualità, qualora il dispositivo in esame ottenga con motivata giustificazione anche per uno solo dei parametri previsti nella prova, punteggio inferiore al valore minimo indicato in ciascuno dei criteri previsti in ogni lotto, la ditta offerente non sarà ammessa alle successive fasi di gara.”

La Commissione, all'esito delle valutazioni effettuate, dà atto delle seguenti risultanze e contestualmente vengono inseriti i coefficienti assegnati da ciascun componente nelle tabelle che vengono allegate al presente verbale.

Lotto 1: concorrente AMO: la lente negli atti di gara è definita "semiprecaricata", in realtà risulta non precaricata, in quanto richiede processi di manipolazioni e preparazione del complesso lente/cartridge/iniettore lunga e indaginoso. Scarso controllo della scorrevolezza e resistenza meccanica della lente eccessiva.

Ottenendo un punteggio pari a 2, e quindi inferiore alla soglia minima richiesta, nella caratteristica "Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore", l'offerta presentata da Amo è da escludersi.

Lotto 2:

- **Concorrente Tec Med:** gestione del cartridge lunga ed indaginoso. Necessità di molto viscoelastico nella fase di montaggio della lente. La progressione della lente in fase di iniezione è risultata molto poco controllabile, procedendo a scatti e con resistenza meccanica della lente eccessiva.
- **Concorrente Zeiss:** gestione del cartridge lunga ed indaginoso. Necessità di molto viscoelastico nella fase di montaggio della lente. La progressione della lente in fase di iniezione è risultata molto poco controllabile, procedendo a scatti e con resistenza meccanica della lente eccessiva.

Ottenendo un punteggio pari a 2, e quindi inferiore alla soglia minima richiesta, nelle caratteristiche "Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore" e "Scorrevolezza e resistenza meccanica della lente", le offerte presentate rispettivamente da Tec Med e Zeiss sono da escludersi.

Lotto 4:

- **Concorrente Alcon:** non risulta essere per nulla precaricata, la preparazione del complesso lente/cartridge/iniettore risulta estremamente lunga ed indaginoso. La lente risulta non eccellentemente scorrevole nel cartridge.
- **Concorrente Emmecci 4:** nella manovra di iniezione la lente si è bloccata/ danneggiata.


Ottenendo un punteggio pari a 4, e quindi inferiore alla soglia minima richiesta, rispettivamente nelle caratteristiche "Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore" e "Scorrevolezza e resistenza meccanica della lente", le offerte presentate rispettivamente da Alcon ed Emmecci 4 sono da escludersi.

La seduta è tolta alle ore 10,30 e viene rinviata per l'apertura delle offerte economiche alla data del 20 giugno 2023 ore 11,00.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice


Dott. Paolo Ligorio



Dott. Paolo Campagna




Dott. Carlandrea Trillo



Per la SUAR

Sig.ra Loredana Lotti



Dott.ssa Paola Gerbino




LOTTO 1 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mini incisione (≤2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido	Max punti			AMO TECNIS OptiBlue 1- Piece IOL with SmartLOAD Delivery Technology Cod. GCB00V	DAMBO Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens	DIPO SAL P302AC	EMMECI4 NC1-SP - HOYA Medical Singapore Pte Ltd - HOYA Nanex multisert+ NC1- SP	TECMED ORIZON Lenti Intraoculari Idrofobiche Pre-caricate Cod. SDHBP
INDICE DI REFRAZIONE	10	Q3	≥ 1.52				1,522	
	6		Punteggio				10,000	
GLISTENING	2	Q5	Presente = 0 Assente = 2	assente			assente	
			Punteggio	2,000			2,000	
CONTENUTO D'ACQUA	7	Q4	≤ 1%	0,99			0,21	
	3		Punteggio	3,149			7,000	
			>1% e ≤2%					
	1		Punteggio					
DIMENSIONI DELLA MINI INCISIONE	15	Q3	≤ 1.8 mm					
	7		Punteggio				1,810	
			> 1.8 e ≤ 2					7,000
	3		Punteggio	2,200				
tipo di impianto	6	Q5	inserimento in camera anteriore = 6 punti "wound assisted" = 0 punti	non dichiarato			iniezione diretta in CA	
			Punteggio	0,000			6,000	
Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	0,200			1,000	
			Dott. Paolo Campagna	0,200			1,000	
			Dott. Carlandrea Trillo	0,200			1,000	
			Media coefficienti	0,200			1,000	
			riportata a 1	0,20			1,00	
			Punteggio	2,000			10,000	
Scorrevolezza e resistenza meccanica della lente Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	0,600			1,000	
			Dott. Paolo Campagna	0,600			1,000	
			Dott. Carlandrea Trillo	0,600			1,000	
			Media coefficienti	0,600			1,000	
			riportata a 1	0,60			1,00	
			Punteggio	6,000			10,000	
Facilità di gestione della lente dopo l'iniezione Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	1,000			1,000	
			Dott. Paolo Campagna	1,000			1,000	
			Dott. Carlandrea Trillo	1,000			1,000	
			Media coefficienti	1,000			1,000	
			riportata a 1	1,00			1,00	
			Punteggio	10,000			10,000	
Totale punteggio di qualità	70,000		Totale prova pratica	18,000			30,000	
			Riparametrazione prova pratica				30,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			ESCLUSO	ESCLUSO	ESCLUSO	62,000	ESCLUSO
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000						70,000	

LOTTO 2 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D a +30D) CIG 9231500AC9	Max punti	CRITERIO	ALCON AcrySof Natural SN60AT per poteri da +30 a+ 40 IOL Acrilica Idrofoba Asferica Clareon* con Sistema di Rilascio Pre- Caricato AutonoMe*CNA0T0	DAMBO Hydrophobic Acrylic Foldable Intra Ocular Lens	TECMED ORIZON Lenti Intraoculari IdrofobichePrec aricate Cod. SDHBPY	ZEISS CT LUCIA 621 PY Cod. 003900- 0009-062
INDICE DI REFRAZIONE	11	Q3	≥ 1.53	1,550		
			Punteggio	11,000		
	7	Q3	≥ 1,45 e < 1.53		1,490	1,490
			Punteggio		7,000	7,000
GLISTENING	4	Q5	Presente = 0 Assente = 2	assente	assente	assente
			Punteggio	4,000	4,000	4,000
CONTENUTO D'ACQUA	15	Q4	≤ 1%			0,300
			Punteggio			15,000
	>1% e ≤2%		1,500			
	Punteggio		6,000			
	1	Q4	>2% e ≤5%		4,990	
			Punteggio		1,000	
CARATTERISTICHE DIOTTRICHE	10	Q3		59,000	51,000	69,000
			Punteggio	5,000	1,000	10,000
Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	1,000	0,200	0,200
			Dott. Paolo Campagna	1,000	0,200	0,200
			Dott. Carlandrea Trillo	1,000	0,200	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	2,000
Scorrevolezza e resistenza meccanica della lente Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	1,000	0,200	0,200
			Dott. Paolo Campagna	1,000	0,200	0,200
			Dott. Carlandrea Trillo	1,000	0,200	0,200
			Media coefficienti	1,000	0,200	0,200
			riportata a 1	1,00	0,20	0,20
			Punteggio	10,000	2,000	2,000
Facilità di gestione della lente dopo l'iniezione Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio	1,000	0,600	0,600
			Dott. Paolo Campagna	1,000	0,600	0,600
			Dott. Carlandrea Trillo	1,000	0,600	0,600
			Media coefficienti	1,000	0,600	0,600
			riportata a 1	1,00	0,60	0,60
			Punteggio	10,000	6,000	6,000
			Totale prova pratica	30,000	10,000	10,000
			Riparametrazione prova pratica	30,000		
Totale punteggio di qualità	70,000			56,000	ESCLUSO	ESCLUSO
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000			70,000		

LOTTO 3 Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimatriciale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (S 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D) CIG 92315124B2	Max punti			DREAM Mod. HLL260125CRC A	EMMECI 4 Mod. Sert+ mod. 255 Cod. HY255
INDICE DI REFRAZIONE	9	Q3	≥ 1,52 Punteggio ≥ 1,45 e < 1,52 Punteggio		1,520 9,000
GLISTENING	4	Q5	Presente = 0 Assente = 4 Punteggio		assente 4,000 0,250 12,000
CONTENUTO D'ACQUA	12	Q4	≤ 1% Punteggio > 1% e ≤ 2% Punteggio > 2% e ≤ 2,99% Punteggio		
CARATTERISTICHE DIOTTRICHE	5	Q3	Punteggio		49,000 5,000
MONOPEZZO	10	Q5	SI = 10 punti NO = 0 punti Punteggio		si 10,000
Facilità di gestione del complesso lente/cartridge/iniettore Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
Scorrevolezza e resistenza meccanica della lente Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
Facilità di gestione della lente dopo l'iniezione Valore minimo=6	10	Q1	Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
Totale punteggio di qualità	70,000		Totale prova pratica Riparametrazione prova pratica	ESCLUSO	30,000 30,000
Totale punteggio di qualità riparametrato	70,000				70,000

Lotto 4 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (<2,4 mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido CIG 92315514E1	Max punti	CRITERIO	ALCON Mod. TORICA da t2 a t9 Cod. da SN6AT2 a SN6AT9	AMO ITALY TECNIS Eyhance Toric II IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	EMMECI 4 Mod. XY1A TX- SP
INDICE DI REFRAZIONE	10	≥ 1.53 Punteggio	1,55		1,540
GLISTENING	6	≥ 1.45 e < 1.53 Punteggio Presente = 0 Assente = 3	10,000	1,470	8,050
CONTENUTO D'ACQUA	3	Q5 Punteggio ≤ 1% >1% e ≤2% Punteggio >2% e ≤5% Punteggio	0,000	6,000	0,000
CARATTERISTICHE OTTICA: Asferica anteriore con doppio filtro (UV standard e cromoforo che filtra luce blu fino 550 nm)	9	Q4 Punteggio	assente	assente	assente
AMPIEZZA DEI POTERI DIOTTRICI PER CORREZIONE ASTIGMATISMO ≥ 2 DIOTTRIE	5	Q4 Punteggio	3	3	3
LENTE PRECARICATA SUL CARTRIDGE	1	Q4 Punteggio	0,5	0,99	0,600
DISPONIBILITA'LENTE DI RISERVA (BACK UP)	9	Q5 SI = 2 punti NO = 0 punti Punteggio	9	5,178	8,22
FACILITÀ DI GESTIONE DEL COMPLESSOLENTE/CARTRIDGE/INIEITTORE Valore minimo=6	5	Q5 SI = 3 punti NO = 0 punti Punteggio	no	si	si
SCORREVOLEZZA E RESISTENZA MECCANICA DELLALENTE Valore minimo=3	3	Q5 SI = 3 punti NO = 0 punti Punteggio	0,000	3,000	3,000
CHIAREZZA INDICAZIONE DELL'ASSE DI MAGGIORE CURVATURA SULL'OTTICA DELLALENTE Valore minimo=3	3	Q5 Punteggio	si	si	si
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	3	Q5 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	3,000	3,000	3,000
CHIAREZZA INDICAZIONE DELL'ASSE DI MAGGIORE CURVATURA SULL'OTTICA DELLALENTE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3	10	Q1 Dott. Paolo Ligorio Dott. Paolo Campagna Dott. Carlandrea Trillo Media coefficienti riportata a 1 Punteggio	0,400	1,000	1,000
FACILITÀ DI GESTIONE DELLALENTE DOPO L'INIEZIONE Valore minimo=3					

**REGIONE LIGURIA**
**DIREZIONE CENTRALE
 ORGANIZZAZIONE**
**SETTORE
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 REGIONALE**

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa
 Funzionario referente: Sig.ra Loredana Lotti - Dott.ssa Paola Gerbino

gara a Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967
**SEDUTA PUBBLICA IN STREAMING
 Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 15/11/2022, alle ore 11.05 presso la Sala riunioni della Regione Liguria – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.), in Genova, via G. D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di gara della gara in oggetto per l'apertura sulla piattaforma Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti nella procedura indicata in epigrafe.

Per il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 3886 del 20/06/2022, sono presenti il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente Amministrativo della S.U.A.R., R.U.P. e Presidente, la Sig.ra Loredana Lotti, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., con funzioni di segretario verbalizzante, e la Dott.ssa Paola Gerbino, Funzionario amministrativo della S.U.A.R. e componente.

Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante della Centrale la Dott.ssa Noemi Betti, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominata con Decreto del Direttore Generale n. 6772 del 27/10/2022), mentre partecipa alla seduta il Sig. Alessandro Valdiserri di SUAR, per l'assistenza tecnico-informativa.

E' altresì presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, nelle persone di:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Paolo Ligorio	GALLIERA	Dirigente medico S.C. Oculistica Oncologica
Componente	Dott. Carlandrea Trillo	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica
Componente	Dott. Paolo Campagna	SAN MARTINO	Dirigente Medico U.O. Oculistica

Si dà atto che, come già anticipato a mezzo avviso Prot-2022-1262283 del 14/11/2022, pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, gli operatori economici interessati possono presenziare alla seduta odierna o assistere alla diretta streaming delle operazioni di gara accedendo da remoto al link indicato nel suddetto avviso.

Il Presidente del Seggio di gara / RUP dà preliminarmente atto che con Decreto dirigenziale n. 6493 del 18/10/2022 si è provveduto all'esclusione del concorrente ALFA INTES S.r.l. e all'ammissione alle successive fasi gara delle ulteriori Ditte offerenti, come riportate nel seguente schema:

N.	OPERATORE ECONOMICO
1	DIPO S.r.l.
2	EMMECI 4 S.r.l.
3	ALCON ITALIA S.p.A.
4	CARL ZEISS S.p.A. CON SOCIO UNICO
5	AMO Italy S.r.l.
6	DAMBO S.r.l.
7	TEC MED S.r.l.
8	DREAM DISTRIBUTION S.r.l.

Si dà altresì atto che, per effetto dell'esclusione di cui sopra il Lotto n. 5 – monopartecipato dalla ditta Alfa Intes – non sarà aggiudicato.

Il Presidente del Seggio comunica che nel corso della seduta pubblica si procederà anzitutto a verificare, tramite piattaforma Sintel, la presenza sul sistema dei documenti componenti l'offerta tecnica richiesti dal Disciplinare di Gara, nonché la presenza e la validità della firma digitale sui documenti medesimi (laddove richiesta). Pertanto, non verrà visionato il contenuto dei singoli documenti prodotti che sarà esaminato dalla Commissione Giudicatrice in successive sedute riservate.

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti costituenti l'offerta tecnica:

1. Offerta tecnica – Allegato M-5 Dichiarazione tecnica;
2. Modello M-5 bis Questionario tecnico;
3. Scheda Tecnica prodotto offerto;
4. Certificazione CE ;
5. Per il solo Lotto 4: “Dichiarazione di impegno/disponibilità lente di back up”;
6. Eventuali dichiarazioni di equivalenza;
7. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici - Allegato M-4;
8. Offerta economica Silente;
9. Dichiarazione di secretazione offerta tecnica.

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede, quindi, per tutti i lotti di gara, all'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle buste contenenti la documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti ammesse a questa fase.

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice rilevano che, per tutte le Ditte offerenti, è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.


Il RUP della gara, dopo aver dato atto che, nel corso della presente seduta, il canale youtube di SUAR dove si è svolta la diretta ha registrato 8 visualizzazioni, dichiara tolta la seduta alle ore 11,14

Il presente verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it


Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice

Presidente
Dott. Paolo Ligorio



Dott. Carlandrea Trillo




Dott. Paolo Campagna



Presidente del Seggio e RUP
Dott. Luigi Moreno Costa




Componente/Segretario
Sig.ra Loredana Lotti



Component
Dott.ssa Paola Gerbino



Ufficiale Rogante
Dott.ssa Noemi Betti



Sig. Alessandro Valdiserri





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Lentine intraoculari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 5. Numero gara 8565870. ID SINTEL 154583967.

SEDUTA PUBBLICA

Verbale di apertura delle offerte economiche

Il giorno 20/06/2023 alle ore 11.49 presso una Sala riunioni della SUAR, sita in via G. D'Annunzio 64 2° piano, Genova, si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di gara della gara in oggetto per l'apertura sulla piattaforma Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti nella procedura indicata in epigrafe.

Per il Seggio di gara, nominato con Decreto del Dirigente n. 3886 del 20/06/2022, sono presenti il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente Amministrativo della S.U.A.R., R.U.P. e Presidente, la Sig.ra Loredana Lotti, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., con funzioni di segretario verbalizzante, e la Dott.ssa Paola Gerbino, Funzionario amministrativo della S.U.A.R. e componente

E' altresì presente la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 6563 del 19/10/2022, nelle persone del dott. Paolo Ligori, Presidente, e dei dott.ri Carlandrea Trillo e Paolo Campagna, Componenti.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Sara Bugatto, Funzionario amministrativo di Regione Liguria (nominata con Decreto del Direttore Generale n. 1939 del 23/03/2023).

Presenza alla seduta, al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming, il Sig. Alessandro Valdiserri tecnico della SUAR.

Il RUP della gara, constatata la regolare costituzione del Seggio e della Commissione giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Per assicurare la pubblicità della presente seduta e la partecipazione di tutti gli interessati, è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, l'avviso Prot-2023-0797623 del 16/06/2023 contenente il link a cui accedere per assistere alla seduta pubblica via streaming.

Il RUP ricorda per i lotti in argomento l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando un massimo di 70 punti su 100 alla qualità e un massimo di 30 punti su 100 al prezzo.

Il RUP ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, il prezzo complessivo proposto dalle ditte dovrà essere uguale o minore rispetto ai prezzi a base d'asta indicati negli atti di gara.

All'esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice, risultano escluse le seguenti concorrenti:

Lotto 1 – Dambo – Dipo – Temed per carenza di requisiti minimi; Amo Italy per non superamento della prova pratica;

Lotto 2 – Dambo per carenza di requisiti minimi; Tecmed – Zeiss per non superamento della prova pratica;

Lotto 3 – Dream per carenza di requisiti minimi;

Lotto 4 – Alcon – Emmeci 4 per non superamento della prova pratica.

Ciò posto il Presidente del Seggio di Gara procede alla lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice, i quali sono stati inseriti precedentemente nella piattaforma Sintel come da schede di valutazione allegate ai verbali delle sedute riservate che saranno pubblicate unitamente al provvedimento di aggiudicazione.

Ciò determinato, il Presidente del Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede nel seguente modo:

- Apertura dell'offerta economica telematica
- Lettura dei prezzi offerti
- generazione della graduatoria di aggiudicazione
- Formulazione della proposta di aggiudicazione, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta.

All'esito delle operazioni come sopra descritte, risulta la seguente graduatoria di aggiudicazione, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016:

Lotto CIG	Ditta concorrente	Punteggio offerta tecnica (max 70 pt)	Prezzi offerti (importo triennale IVA esclusa)	Punteggio offerta economica (max 30 pt.)	Punteggio Totale
LOTTO 1 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mini incisione ($\leq 2,2$ mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido CIG 9231473483	EMMECI 4	70,00	323.960,00	30,00	100,00
LOTTO 2 Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6 D a +30D) CIG 9231500AC9	ALCON	70,00	4.827.864,00	30,00	100,00

<p>LOTTO 3</p> <p>Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6D a +30D)</p> <p>CIG 92315124B2</p>	EMMECI 4	70,00	2.322.080,00	30,00	100,00
<p>LOTTO 4</p> <p>Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido)</p> <p>CIG 92315514E1</p>	AMO ITALY	70,00	928.000,00	30,00	100,00
<p>LOTTO 5</p> <p>Cristallino artificiale acrilico idrofobo 3 pezzi per sacco capsulare per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,75$ mm) iniettabile ottica biconvessa asferica (vincolata per l'asfericit� e la precaricatura ai poteri diottrici da +6D a +26D)</p> <p>CIG 92315747DB</p>	DESERTO				

Si d  atto che in chiusura di seduta risultano n. 7 collegamenti alla diretta streaming.

La seduta pubblica si   chiusa alle ore 12.06.

Il presente verbale composto di n. 4 (quattro) pagine, oltre gli allegati,   rassegnato agli atti di gara e verr  pubblicato sulla piattaforma Sintel raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it e sul profilo del committente www.acquistiliguria.it


Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione giudicatrice:

Dott. Paolo Ligorio Presidente

REGIONE LIGURIA - Via Fieschi, 15 - 16121 GENOVA - Tel. (010) 54851

Dott. Carlandrea Trillo Componente




Dott. Paolo Campagna Componente




Per il Seggio di gara:

Dott. Luigi Moreno Costa Presidente



Sig.ra Loredana Lotti Componente/Segretario




Dott.ssa Paola Gerbino Componente



Ufficiale Rogante

Dott.ssa Sara Bugatto



LENTINE INTRAOCULARI - GARA N. 8565870**Modello M6 Dettaglio prezzi unitari****EMMECI 4 srl**

ns. off. DOC22 00660 del 09/06/2022

LOTTO n. 1 9231473483	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DAL FORNITORE	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	BASE D'ASTA QUADRIENNALE	PREZZO OFFERTO A PEZZO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (EURO)
	Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione in mini incisione (≤2,2 mm), iniettabile, ottica biconvessa, asferica, non conservato in ambiente liquido	Nanex multiSert ⁺ mod. NC1-SP	HY NC1-SP	1842989/R	P030102090201	€ 382.200,000	€ 89,00	3640	€ 323.960,000

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di **Euro 382.200,00**

LENTINE INTRAOCULARI - GARA N. 8565870**Modello M6 Dettaglio prezzi unitari**

	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DAL FORNITORE	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	BASE D'ASTA QUADRIENNALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (EURO)
LOTTO n. 2 9231500AC9	Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione (≤ 2,4 mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6 D a +30D)	AcrySof Natural	SN60AT	44184/R	P030102090199	€ 5.206.520,000	€ 102,00	47332	4.827.864,00
		IOL Acrilica Idrofoba Asferica Clareon* con Sistema di Rilascio Pre-Caricato AutonoMe*	CNA0T0	1619725/R	P030102090201				

Nota 1: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di **Euro 5.206.520.00**

LENTINE INTRAOCULARI - GARA N. 8565870**Modello M6 Dettaglio prezzi unitari****EMMECI 4 srl**

ns. off. DOC22 00660 del 09/06/2022

	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DAL FORNITORE	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	BASE D'ASTA QUADRIENNALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (EURO)
LOTTO n. 3 92315124B2	Cristallino artificiale acrilico idrofobo bimatereale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, asferica (vincolata per l'asfericit� ai poteri diottrici da +6D a +30D)	I Sert ⁺ mod. 255	HY255	1225614/R	P030102090201	� 2.524.000,000	� 92,00	25240	� 2.322.080,00

Nota: il prezzo offerto, pena esclusione, non potr  essere superiore alla base d'asta di **Euro 2.524.000,00**

LENTINE INTRAOCULARI - GARA N. 8565870**Modello M6 Dettaglio prezzi unitari**

	DESCRIZIONE	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO ATTRIBUITO DAL FORNITORE	N. REPERTORIO REGISTRO DISPOSITIVI MEDICI	CODICE CND	BASE D'ASTA QUADRIENNALE	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	QUANTITATIVO COMPLESSIVO STIMATO PER 3 ANNI + RINNOVO DI 1 ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO IN CIFRE IVA ESCLUSA (EURO)
LOTTO n. 4 92315514E1	Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione ($\leq 2,4$ mm), iniettabile, ottica asferica, per correzione astigmatismo ≥ 2 diottrie, non conservato in ambiente liquido	TECNIS Eyhance Toric II IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	DIU...	DIU100 n. 2029406/R DIU150 n. 2029413/R DIU225 n. 2029455/R DIU300 n. 2029458/R DIU375 n. 2029464/R DIU450 n. 2029497/R DIU525 n. 2029499/R DIU600 n. 2029731/R DIU700 n. 2029734/R DIU800 n. 2029736/R	P030102090301	€ 960.000,000	290,00 €	3200	928.000,00 €

Nota: il prezzo offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro 960.000,00

Si precisa che:

- il costo del personale dell'operatore economico è pari al 16,04% dell'importo complessivo offerto.

Pomezia, 26/05/2022

Rif. Prot. 405/GARE/2022/CDD

AMO ITALY Srl
Firmato digitalmente
Il Legale Rappresentante
Giuseppe Mantarro

Cognome **MANTARRO**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **11/07/1976**
 (atto n. **2947 1 s. A**)
 a **Messina**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **SPADOLINI GIOVANNI N. 11/B**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DIRIGENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Satura **1,80**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Giuseppe Mantarro*
Milano il **06/12/2014**
 Impronta del dito indice sinistro
Giuseppe Mantarro
 Buro 5,42

IL SINDACO
Galloni Emanuela



Identificativo atto:

2023-AM-5945

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	29-08-2023 09:26
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	29-08-2023 09:26
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	28-08-2023 14:30
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	28-08-2023 12:44

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria