



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Aggiudicazione
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento	Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile	Luigi Moreno COSTA

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

### **Elementi di corredo all'Atto:**

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. "laddove ancora vigente ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 recante "Disciplina delle attività contrattuali regionali" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante la "razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione", il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 23 aprile 2021 recante "Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 01 luglio 2021 recante "Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 22 dicembre 2022 recante “Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e sue articolazioni funzionali per l'anno 2023”;

**PREMESSO CHE**

- con decreto n. 727 del 07/02/2023, successivamente rettificato con decreto n. 2240/2023, è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi lotti n. 8, importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa, gara n. 8927658;
- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 21/03/2023 ore 14:00 del sono pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

<b>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	<b>PARTECIPANTE</b>	<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
1683541138907	B & B DENTAL S.R.L. 01510891201	Forma singola
1683202342675	GERHO' S.p.A. 02668590215	Forma singola
1683204176807	GESTIONEODONTOIATRICA SRL 15683841009	RTI
1683390246088	H.D.T. S.r.l. 03556041006	Forma singola
1682600058794	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 13088630150	Forma singola
1683125369927	MICERIUM S.p.A. 01199870104	Forma singola
1683295475677	TEKKA SRL 07414410964	Forma singola
1683194747868	WILOCS SRL 02190100582	RTI

- in data 16/05/2023 si è tenuta presso la S.U.A.R. la seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa, con le risultanze di cui al verbale NP/2023/387111 del 16/05/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed al cui contenuto integralmente si rinvia;
- in data 17/05/2023 e 18/05/2023 si sono svolte le sedute riservate per la verifica di conformità della documentazione amministrativa alla *lex specialis* di gara, con le risultanze di cui ai verbali NP/2023/0389082 del 17/05/2023, NP/2023/0390967 del 18/05/2023 e NP/2023/ 0408046 del 29/05/2023, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto integralmente si rinvia;

- con decreto n. 3683/2023 si è proceduto all'ammissione degli offerenti secondo lo schema seguente e all'esclusione B&B DENTAL per carenze nella documentazione amministrativa non regolarizzate a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, come risulta dai sopraccitati verbali, al cui contenuto si rinvia:

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>LOTTE DI PARTECIPAZIONE</b>
GERHO' S.p.A. 02668590215	1 - 2
GESTIONEODONTOIATRICA SRL 15683841009	7
HIGH DENTAL TECHNOLOGY S.R.L. - H.D.T. S.r.l. 03556041006	6 - 8
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 13088630150	1
MICERIUM S.p.A. 01199870104	3 - 4
TEKKA SRL 07414410964	3 - 4
WILOCS SRL 02190100582	5 - 7 - 8

- con decreto del Direttore Generale n. 4619/2023 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- in data 29/08/2023 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche sulla piattaforma Sintel, con gli esiti di cui al verbale NP/2023/1209468 del 29/08/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dei seguenti verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:

- NP/2023/1305326 del 19/09/2023;
- NP/2023/1361484 del 03/10/2023;

**PRESO ALTRESI' ATTO** del verbale della seduta pubblica svoltasi in data 09/10/2023 (NP/2023/1382199), concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che, all'esito delle operazioni svolte nel corso della seduta pubblica del 09/10/2023 sopra richiamata, sono risultati i seguenti aggiudicatari per ciascun lotto di gara:

**Lotto 1 \_DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	439.220,40

**Lotto 2 \_ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	328.020,00

**Lotto 3 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	79.836,00	26,91	96,91

**Lotto 4 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	48.760,00	22,38	92,38

**Lotto 5 \_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI WILOCS SRL	70,00	916.108,00	30,00	100,00

**Lotto 6 \_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
H.D.T. S.r.l.	70,00	71.940,93	30,00	100,00

**Lotto 7 MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI GESTIONEODON TOIATRICA SRL	70,00	759.221,000	30,00	100,00

**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI WILOCS SRL	70,00	186.860,000	30,00	100,00

**DATO ATTO** che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** gli Uffici della SUAR hanno provveduto a richiedere la giustificazione delle offerte risultate anomale, nei tempi e secondo le modalità stabilite ex art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alle seguenti Ditte:

- 1) GESTIONEODONTOIATRICA SRL.: lotto 7;
- 2) H.D.T. S.r.l.: lotto 6;
- 3) MICERIUM S.p.A.: lotto 3;
- 4) WILOCS SRL: lotti 5 – 7 - 8

**CONSIDERATO CHE** la documentazione fornita dai sopracitati operatori economici attesta la congruità delle relative offerte ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., siccome risulta dalla relazione del RUP Prot-2023-1456667 del 31/10/2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO CHE:**

- in sede di controlli è emersa nei riguardi della H.D.T. S.r.l. una situazione di irregolarità nel versamento di contributi e accessori INAIL che ha comportato il rilascio di un DURC irregolare;
- con nota Prot-2023-1462554 del 02/11/2023 il RUP ha chiesto di fornire chiarimenti in merito alla predetta situazione di irregolarità;
- con comunicazione a mezzo piattaforma Sintel ID 176001980 la H.D.T. S.r.l. ha dichiarato di aver ricevuto in data 07/11/2023 da parte dell'Inail l'invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 D.M. 30/01/2015 alcune irregolarità e che ha provveduto immediatamente a regolarizzare la posizione;
- la HDT ha allegato tutta la documentazione a comprova di quanto dichiarato;

**CONSIDERATO CHE** avendo la HDT ricevuto dall'Inail la richiesta di pagamento solo in data 07/11/2023 (e, quindi, dopo la richiesta di chiarimenti del RUP) ed avendo la stessa immediatamente regolarizzato la propria posizione mediante pagamento di quanto dovuto, la fattispecie sopra descritta non è tale da costituire causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

**RILEVATO CHE** non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

**RITENUTO DI** procedere alla aggiudicazione della fornitura *de qua*, in conformità ai verbali allegati al presente decreto;

### **DECRETA**

per le motivazioni indicate in premessa e qui espressamente richiamate:

**1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** i seguenti verbali, che vengono allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali:

- NP/2023/387111 del 16/05/2023;
- NP/2023/0389082 del 17/05/2023
- NP/2023/0390967 del 18/05/2023;
- NP/2023/ 0408046 del 29/05/2023;
- NP/2023/1209468 del 29/08/2023;
- NP/2023/1305326 del 19/09/2023;
- NP/2023/1361484 del 03/10/2023;
- NP/2023/1382199 del 09/10/2023;

**2. DI CONFERMARE** l'esclusione della B&B DENTAL per le motivazioni indicate in premessa;

**3. DI PROCEDERE** alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

**Lotto 1\_ DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>
GERHO' S.p.A.	439.220,40

**Lotto 2\_ ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>
GERHO' S.p.A.	328.020,00

**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
MICERIUM S.p.A.	70,00	79.836,00	26,91	96,91

**Lotto 4\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
MICERIUM S.p.A.	70,00	48.760,00	22,38	92,38

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
RTI WILOCS SRL	70,00	916.108,00	30,00	100,00

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
H.D.T. S.r.l.	70,00	71.940,93	30,00	100,00

**Lotto 7\_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
RTI GESTIONEODON TOIATRICA SRL	70,00	759.221,000	30,00	100,00



**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)</b>	<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)</b>
RTI WILOCS SRL	70,00	186.860,000	30,00	100,00

**4. DI DARE ATTO CHE:**

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il termine dilatorio per la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la Convenzione diventerà efficace all'esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la garanzia definitiva da prestare da parte degli aggiudicatari è determinata nei seguenti importi:

**Lotto 1 DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
GERHO' S.p.A.	439.220,40	43.922,04 €

**Lotto 2 ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
GERHO' S.p.A.	328.020,00	32.802,00 €

**Lotto 3 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
MICERIUM S.p.A.	79.836,00	7.983,60 €

**Lotto 4 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
MICERIUM S.p.A.	48.760,00	4.876,00 €

**Lotto 5 \_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
RTI WILOCS SRL	916.108,00	91.610,80 €

**Lotto 6 \_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
H.D.T. S.r.l.	71.940,93	7.194,09 €

**Lotto 7 \_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	759.221,000	75.922,10 €

**Lotto 8 \_MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

<b>PARTECIPANTE</b>	<b>IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO</b>	<b>IMPORTO GARANZIA DEEFINITIVA</b>
RTI WILOCS SRL	186.860,000	18.686,00 €

**5. DI DARE ATTO CHE** la Convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatricie sarà redatta in base allo schema tipo approvato con la Determinazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

**6. DI PROVVEDERE** alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;


**7. DI DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 303 del 01/07/2020:

- in forma integrale su:
  - Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
- per estratto su:
  - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  - Il Messaggero nell'edizione nazionale;
  - Il Mattino nell'edizione nazionale;
  - Repubblica – Il Lavoro edizione regionale;
  - Il Giornale della Liguria;
  - Osservatorio appalti Regione Liguria;
  - Sito web ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)) - Sito Web Aziendale ([www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)) - Sito web Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it))

**8. DI DARE ATTO CHE:**

- al pagamento delle spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale si provvederà con separato provvedimento;
- le spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e per estratto sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dagli aggiudicatari della procedura ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.*



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**

Genova, 16/05/2023

Prot. n. NP/2023/387111

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**SEDUTA PUBBLICA**

**Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa**

Il giorno 16/05/2023, alle ore 10,34 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Luigi Moreno Costa – Dirigente della S.U.A.R. - RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. anche con funzioni Segretario verbalizzante;

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-0381775 del 11/05/2023.

Il RUP dà preliminarmente atto che con decreto n. 727 del 07/02/2023, successivamente rettificato con decreto n. 2240/2023, è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi lotti n. 8, gara n. 8927658, fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 21/03/2023.

Il RUP rileva che entro il predetto termine delle ore 14:00 del 21/03/2023 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

<b>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</b>	<b>PARTECIPANTE</b>	<b>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b>
1683541138907	B & B DENTAL S.R.L. 01510891201	Forma singola
1683202342675	GERHO' S.p.A. 02668590215	Forma singola
1683204176807	GESTIONEODONTOIATRICA SRL 15683841009	RTI
1683390246088	H.D.T. S.r.l. 03556041006	Forma singola
1682600058794	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 13088630150	Forma singola
1683125369927	MICERIUM S.p.A. 01199870104	Forma singola
1683295475677	TEKKA SRL 07414410964	Forma singola
1683194747868	WILOCS SRL 02190100582	RTI

Il RUP dà quindi lettura delle ditte partecipanti per ciascuno dei lotti di gara:

**Lotto 1 DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA  
(CIG 9632582222)**

<b>PARTECIPANTE</b>
GERHO' S.p.A. 02668590215
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 13088630150

**Lotto 2\_ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

PARTECIPANTE
GERHO' S.p.A. 02668590215

**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE
B & B DENTAL S.R.L. 01510891201
MICERIUM S.p.A. 01199870104
TEKKA SRL 07414410964

**Lotto 4\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE
B & B DENTAL S.R.L. 01510891201
MICERIUM S.p.A. 01199870104
TEKKA SRL 07414410964

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE
RTI WILOCS SRL 02190100582

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO - FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE
H.D.T. S.r.l. 03556041006



**Lotto 7 MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL 15683841009
RTI WILOCS SRL 02190100582

**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE
H.D.T. S.r.l. 03556041006
RTI WILOCS SRL 02190100582

Il RUP, operando attraverso il Sistema, procede quindi alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- 1) della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- 2) della mera presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla *lex specialis* (art. 14.2.1 del Disciplinare) come di seguito elencati:
  - a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
  - b) DGUE (come da modello M-2)
  - c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
  - d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
  - e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
  - f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
  - g) Dichiarazione resa ai sensi dell'art.5 comma 2 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M.7)
  - h) (eventuale) procura
  - i) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
  - j) (eventuale) referenze bancarie
  - k) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;

- l) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- m) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- n) Patto d'integrità

Successivamente, in seduta riservata, il RUP procederà alla verifica del contenuto e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti rispetto alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.

Al termine delle operazioni il RUP dà atto che per tutte le Ditte offerenti risultano conformi la ricezione dell'offerta presentata, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti nei campi Sintel.


Alle ore 10,40 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 5 (cinque) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 16/05/2023

**RUP**


Dott. Luigi Moreno COSTA



---

**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



---

**Ufficiale Rogante**

Dott.ssa Noemi BETTI



---


**Supporto Informatico**

Sig. Alessandro VALDISERRI



---





**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2023-0389082  
del 17/05/2023

Genova, 17/05/2023

Prot. n. NP/2023/0389082

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

### 1^ SEDUTA RISERVATA

#### Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 17/05/2023, alle ore 14,30 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott. Luigi Moreno Costa, per procedere alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP inizia a valutare la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti a seguito dell'apertura in seduta pubblica dei plichi telematici pervenuti sulla piattaforma Sintel (verbale seduta pubblica prot. n. NP/2023/387111 del 16/05/2023).

Il Disciplinare di Gara prevedeva i seguenti documenti:

- a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)
- b) DGUE (come da modello M-2)
- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere

- corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni;
- e) impegno del fideiussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- f) Documento PASSOE firmato digitalmente;
- g) (eventuale) procura
- h) (eventuale) certificazioni riduzione cauzione
- i) (eventuale) referenze bancarie
- j) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- k) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio firmati digitalmente;
- l) F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00)
- m) Patto d'integrità firmato digitalmente

<b>B &amp; B DENTAL S.R.L.</b>		
Lotti di partecipazione:	<b>3 - 4</b>	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	<i>NON CONFORME (non è stata compilata la Parte IV A, B e C relativa ai requisiti di idoneità, capacità tecnica e capacità economico finanziaria)</i>	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	<i>NON COMPILATA PARTE IV NEL DGUE</i>	<i>NON CONFORME</i>
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	<i>NON COMPILATA PARTE IV NEL DGUE</i>	<i>NON CONFORME</i>
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	<i>NON COMPILATA PARTE IV NEL DGUE</i>	<i>NON CONFORME</i>
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1/58710/96/193463241 rilasciata da Unipolsai importo Euro 954,40 (lotto 3)  Polizza n. 1/58710/96/193463456 rilasciata da Unipolsai importo Euro 555,60 (lotto 4)	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3171-5841-9530-8677	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----

Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	NON CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>VERRA' ATTIVATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CARENZE DGUE E MARCA DA BOLLO</b>	


\*\*\*

<b>GERHÒ S.p.A.</b>		
Lotti di partecipazione:	<b>1 - 2</b>	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto CCIAA DI BOLZANO N.REA 195808	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 42.806.376,00 fatturato specifico medio annuo: € 41.882.746,66	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1982585 rilasciata da Revo Insurance S.p.a. importo Euro 4.567,42	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	3734-8690-3157-8213	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----

Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

RTI GESTIONE ODONTOIATRICA SRL		
Lotti di partecipazione:	7	
Istanza di partecipazione	<i>NON CONFORME: le mandanti non hanno presentato autonome istanze di partecipazione</i>	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla Camera di Commercio ROMA - REA 607184	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	<p>GESTIONE ODONTOIATRICA SRL fatturato globale medio annuo: € 339.366,50 fatturato specifico medio annuo: € 329.565,00</p> <p>3D LAB SNC fatturato globale medio annuo € 56.002,00 fatturato specifico medio annuo € 56.002,00</p> <p>ELENA GHILETCHI Nuova impresa inizio attività 01/05/2020 fatturato globale medio annuo € 38.459,00 fatturato specifico medio annuo € 38.459,00</p> <p>RETE WI-DENTAL fatturato globale medio annuo € 47.876,00 fatturato specifico medio annuo € 40.215,33</p> <p>TECNODENTAL GROUP SNC fatturato globale medio annuo € 35.703,00 fatturato specifico medio annuo € 35.703,00</p>	CONFORME




Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	<i>Per la Mandataria: elenco principali forniture non conforme a quanto richiesto dal Disciplinare</i> <i>Per le mandanti del RTI: manca indicazione delle principali forniture del triennio antecedente</i>	NON CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 6001408592 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. importo Euro 12.544,40	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	2056-0624-5013-0621	CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	1 REFERENZA	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	PRESENTE	CONFORME
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>VERRA' ATTIVATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	

La seduta si chiude alle ore 16,30

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 17/05/2023


**RUP**


Dott. Luigi Moreno COSTA



**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





## REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE  
 ORGANIZZAZIONE

Genova, 18/05/2023

Prot. n. NP/2023/0390967

 SETTORE  
 STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
 Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

## 2^ SEDUTA RISERVATA

## Verbale di verifica della documentazione amministrativa

Il giorno 18/05/2023, alle ore 8,45 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott. Luigi Moreno Costa, per proseguire la verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

HIGH DENTAL TECHNOLOGY S.R.L.		
Lotti di partecipazione:	6 - 8	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla Camera di Commercio di Roma n. 03556041006	CONFORME

Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 934.522,00 fatturato specifico medio annuo: € 934.522,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. QB2300685 rilasciata da QBE Europe SA/NV importo Euro 3.073,84	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	8527-0059-3013-5990	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\*\*\*

<b>HENRY SCHEIN KRUGG SRL</b>		
Lotti di partecipazione:	<b>1</b>	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla CCIAA DI MILANO ISCRIZ. N.1612411	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 127.836.397,00 fatturato specifico medio annuo: € 127.836.397,00	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME

*Handwritten initials/signature*

Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1978384 rilasciata da Revo Insurance S.p.a. importo Euro 2.876,62	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	7942-8268-0681-8861	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo		CONFORME
Patto d'Integrità		CONFORME
<b>ESITO:</b>		<b>AMMESSO</b>

\*\*\*

<b>MICERIUM S.p.A.</b>		
Lotti di partecipazione:		<b>3 - 4</b>
Istanza di partecipazione		CONFORME
DGUE		CONFORME
Contributo ANAC		CONFORME
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di GENOVA – N° iscrizione 01199870104 del 19/02/1996 - N° REA GE-265808	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 19.868.280 fatturato specifico medio annuo: € 4.490.343	CONFORME
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti *	CONFORME

*B M*



Cauzione provvisoria	Polizza n. 20637 rilasciata da Banca Passadore & C. S.p.A. importo Euro 755,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	-----	-----
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	9879-8786-2348-2342	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>AMMESSO</b>	

\* La Ditta ha dichiarato di aver ricevuto in data 14/06/2022 dal Tribunale di Genova la notifica della conclusione delle indagini e informazione di garanzia per un procedimento penale aperto nei confronti di uno dei soggetti ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 per aver presentato una domanda di agevolazione prevista da un Bando della Regione cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, domanda predisposta da un consulente esterno, che si è poi rivelata errata relativamente alla dimensione d'impresa: Micerium S.p.A. ha percepito l'erogazione di un contributo riconosciuto erroneamente come Piccola Impresa, invece di quello spettante come Media Impresa. La Ditta ha precisato che la differenza di importo oltre interessi è stata immediatamente restituita al ricevimento della comunicazione di revoca parziale.

Alla luce di quanto dichiarato, non si ritiene che l'avvenuta notifica di conclusione delle indagini possa configurare grave illecito professionale, tale da integrare causa di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016.

\*\*\*



TEKKA SRL		
Lotti di partecipazione:	3 - 4	
Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Contributo ANAC	CONFORME	
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla C.C.I.A.A. DI PESARO-MARCHE AL N° 07414410964	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	fatturato globale medio annuo: € 3.455.715,57	CONFORME

*Handwritten signature and initials*

	fatturato specifico medio annuo: € 2.277.258,72	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 000270 / 113565637 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. importo Euro 604,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	0488-3859-9300-2178	CONFORME
Procura (eventuale)	-----	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avvalimento (eventuali)	-----	-----
Documenti RTI/ConSORZI (eventuale)	-----	-----
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo		CONFORME
Patto d'Integrità		CONFORME
<b>ESITO:</b>		<b>AMMESSO</b>

\*\*\*

RTI WILOCS S.R.L.		
Lotti di partecipazione:		5 - 7 - 8
Istanza di partecipazione		CONFORME
DGUE		CONFORME
Contributo ANAC		CONFORME
Requisiti idoneità professionale richiesti dal bando:	Iscritto alla C.C.I.A.A. DI ROMA N. ISCRIZIONE 02190100582 N. REA RM-405555	CONFORME
Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando:	WILOCS fatturato globale medio annuo: € 3.886.213,67 fatturato specifico medio annuo: € 3.733.251,67	CONFORME

	<p>Centro Odontoiatrico Dental Gaia srl fatturato globale medio annuo € 1.903.787 fatturato specifico medio annuo: € 630.152</p> <p>NEW HORIZON DI BARBIERI MASSIMO E TROILO ANTONIO S.N.C. fatturato globale medio annuo € 33.254 fatturato specifico medio annuo: € 33.254</p>	
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando:	Presente elenco forniture nel settore di gara	CONFORME
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	Assenti	CONFORME
Cauzione provvisoria	Polizza n. 1490.00.27.2799858996 rilasciata da SACE BT importo Euro 25.118,00	CONFORME
Certificazioni riduzione cauzione	Presenti	CONFORME
Impegno del fideiussore:	Presente	CONFORME
PASSOE	<i>La capogruppo Wilocs S.r.l. ha dichiarato di non aver potuto provvedere alla generazione del PASSOE del Raggruppamento in quanto in attesa dell'attivazione del profilo ANAC della Mandante New Horizon di Barbieri Massimo e Troilo Antonio Snc.</i>	NON CONFORME
Procura (eventuale)	Presente	-----
Referenze bancarie (eventuale)	-----	-----
Documenti avalimento (eventuali)	PRESENTE	CONFORME
Documenti RTI/Consorzi (eventuale)	PRESENTE	CONFORME
Subappalto (eventuale)	NO	
F24 pagamento imposta di bollo	CONFORME	
Patto d'Integrità	CONFORME	
<b>ESITO:</b>	<b>VERRA' ATTIVATO SOCCORSO ISTRUTTORIO PER PASSOE</b>	

Ad esito della verifica amministrativa si dà atto che verrà attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 nei riguardi dei seguenti Operatori economici:




- B & B DENTAL S.R.L.: carenze DGUE e marca da bollo
- RTI GESTIONE ODONTOIATRICA SRL: istanza di partecipazione, requisiti capacità tecnica
- RTI WILOCS S.R.L.: Passoe

La seduta si chiude alle ore 12,00

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 18/05/2023


**RUP**


Dott. Luigi Moreno COSTA

Handwritten signature of Luigi Moreno Costa in black ink, written over a horizontal line.

**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

Handwritten signature of Rossana Brandolin in black ink, written over a horizontal line.



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2023-0408046  
del 29/05/2023

Genova, 29/05/2023

Prot. n. NP/2023/0408046

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**3^ SEDUTA RISERVATA**

**Verbale di verifica della documentazione amministrativa. Esame risultanze soccorso istruttorio**

Il giorno 29/05/2023, alle ore 8,45 si è riunito in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto, Dott. Luigi Moreno Costa, al fine di esaminare la documentazione trasmessa dalle Ditte partecipanti alla procedura in oggetto, nei riguardi delle quali era stato attivato il soccorso istruttorio.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario della S.U.A.R., che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

Il RUP ricorda anzitutto che al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti alla presente procedura si era disposto di attivare il soccorso istruttorio nei riguardi dei seguenti Operatori economici:

- B & B DENTAL S.R.L.: carenze DGUE e marca da bollo
- RTI GESTIONE ODONTOIATRICA SRL: istanza di partecipazione, requisiti capacità tecnica
- RTI WILOCS S.R.L.: Passoe

Con note Prot-2023-0393063, Prot-2023-0393019 e Prot-2023-0393070 del 19/05/2023 è stato conseguentemente attivato il soccorso istruttorio per le carenze sopra indicate.

Il RUP inizia dunque ad esaminare la documentazione trasmessa dalle predette Ditte.

1) B & B DENTAL S.R.L.: con comunicazione ID Sintel 169752988 ha trasmesso la marca da bollo in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Non ha trasmesso DGUE compilato nelle parti mancanti, come richiesto nella sopracitata nota Prot-2023-0393063. Verrà pertanto esclusa.

2) RTI GESTIONE ODONTOIATRICA SRL: con comunicazioni Id Sintel 169782871 e 169783534 è stato trasmesso quanto richiesto

3) RTI WILOCS: con comunicazione ID Sintel 169700588 è stato trasmesso quanto richiesto

RTI GESTIONE ODONTOIATRICA SRL e RTI WILOCS, avendo trasmesso quanto richiesto nel termine previsto, risultano ammesse al prosieguo della procedura.

B & B DENTAL S.R.L, avendo solo in parte adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio, verrà esclusa dalla procedura.

La seduta si chiude alle ore 9,30.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 29/05/2023


**RUP**


Dott. Luigi Moreno COSTA



**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





Allegato numero 3

**REGIONE LIGURIA****DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE****SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

Genova



aorlig - r\_liguri - Regione Liguria

3Prot-2023-1209468

del 29/08/2023

Prot. n.

1209468

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di "Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi - lotti n. 8 - importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**SEDUTA PUBBLICA****Verbale seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 29/08/2023, alle ore 12,31 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova il RUP della procedura in oggetto per per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Luigi Moreno Costa - Dirigente della S.U.A.R. - RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin - Funzionario della S.U.A.R. anche con funzioni Segretario verbalizzante;

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 4619/2023 (la Dott.ssa Giuliana Martini tramite collegamento skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Francesco Arcuri	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Chiruriga Maxillo-facciale

Componente	Dott.ssa Giuliana Martini	ASL 5 "Spezzino"	Dirigente medico S.C. Odontoiatria
Componente	Dott. Joseph Garibaldi	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente medico S.C. Odontostomatologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dalla Dott.ssa Noemi Betti, nominata con decreto del Direttore Generale n. 6772/2022.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-1050026 del 24/07/2023.

Il RUP dà preliminarmente atto che:

- con decreto n. 727 del 07/02/2023, successivamente rettificato con decreto n. 2240/2023, è stata indetta la procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di "Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi lotti n. 8, gara n. 8927658, fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 21/03/2023;
- entro il predetto termine delle ore 14:00 del 21/03/2023 risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	PARTECIPANTE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1683541138907	B & B DENTAL S.R.L. 01510891201	Forma singola
1683202342675	GERHO' S.p.A. 02668590215	Forma singola
1683204176807	GESTIONEODONTOIATRICA SRL 15683841009	RTI
1683390246088	H.D.T. S.r.l. 03556041006	Forma singola
1682600058794	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 13088630150	Forma singola
1683125369927	MICERIUM S.p.A. 01199870104,	Forma singola
1683295475677	TEKKA SRL 07414410964	Forma singola
1683194747868	WILOCS SRL 02190100582	RTI

- con decreto n. 3683/2023 le predette Ditte, con esclusione della B & B DENTAL S.R.L., sono state ammesse al prosieguo della procedura; la B & B DENTAL S.R.L. è stata invece esclusa per le motivazioni indicate nel suddetto decreto;



Come previsto dal Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il RUP, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Ditte sopra indicate.

Il Disciplinare di Gara (art. 15.2.4.) prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

1. Dichiarazione offerta tecnica (Modello M-5);
2. Scheda tecnica
3. Certificato CE
4. Eventuali dichiarazioni di equivalenza
5. Dichiarazione di impegno/disponibilità aggiornamenti tecnologici (allegato M-4)
6. Offerta Economica Silente
7. Criteri di valutazione

Il RUP e la Commissione Giudicatrice valutate rilevano quanto segue:

in tutti i lotti è regolarmente presente la documentazione tecnica richiesta dal disciplinare di gara.

Alle ore 12,41 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 3 (tre) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 29/08/2023.

**Presidente Commissione Giudicatrice**

Dott. Francesco ARCURI

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott.ssa Giuliana MARTINI

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Joseph GARIBALDI

**RUP**


Dott. Luigi Moreno COSTA

**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN

**Ufficiale Rogante**

Dott.ssa Noemi BETTI



## REGIONE LIGURIA

 DIREZIONE CENTRALE  
 ORGANIZZAZIONE

Genova, 19/09/2023

Prot. n. NP/2023/1305326

 SETTORE  
 STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 REGIONALE

 Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
 tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
 Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
 tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

## 1^ SEDUTA RISERVATA

## Verbale 1^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 19/09/2023

Il giorno 19/09/2023, alle ore 9,15 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 4619/2023:

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Componente	Dott.ssa Giuliana Martini	ASL 5 “Spezzino”	Dirigente medico S.C. Odontoiatria
Componente	Dott. Joseph Garibaldi	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente medico S.C. Odontostomatologia

Il Dott. Francesco Arcuri, per sopravvenuti improrogabili impegni lavorativi, parteciperà alla seduta in ritardo.

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

Non essendo inizialmente il Collegio perfetto, i componenti presenti iniziano a svolgere attività meramente istruttoria senza procedere ad alcuna attività valutativa.

La seduta si interrompe dalle ore 12,00 alle ore 12,20.

Alle ore 12,20 interviene alla seduta il Dott. Francesco Arcuri.

La Dott.ssa Martini ed il Dott. Garibaldi anzitutto riferiscono al Dott. Arcuri in merito al lavoro istruttorio svolto fino a quel momento. Il Dott. Arcuri prende dunque atto di tale attività istruttoria, facendola propria.

La Commissione procede a questo punto ad esaminare la documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti per ciascun lotto, al fine di verificare la presenza dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato.

**Lotto 1 \_DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
GERHO' S.p.A.	X
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	X

**Lotto 2 \_ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
GERHO' S.p.A.	X

**Lotto 3 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MICERIUM S.p.A.	X
TEKKA SRL	X

**Lotto 4 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
MICERIUM S.p.A.	X

TEKKA SRL	X
-----------	---

**Lotto 5 \_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
RTI WILOCS SRL	X

**Lotto 6 \_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
H.D.T. S.r.l.	X

La Commissione riscontra che l'offerta silente della HDT non risulta compilata. Verrà pertanto attivato soccorso istruttorio

**Lotto 7 \_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	X
RTI WILOCS SRL	X

**Lotto 8 \_MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PRESENZA REQUISITI DI MINIMA
H.D.T. S.r.l.	X
RTI WILOCS SRL	X

La Commissione riscontra che l'offerta silente della HDT non risulta compilata. Verrà pertanto attivato soccorso istruttorio

\*\*\* \*\*

La Commissione inizia a questo punto la valutazione qualitativa delle offerte tecniche, secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara, con attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi attribuiti vengono riepilogati nelle schede di valutazione che verranno allegate al verbale conclusivo dei lavori della Commissione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Lotto 3 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

**MICERIUM S.p.A.**

**Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione:** sarà valutata l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

La ditta dovrà fornire certificazioni che attestino la decontaminazione e il trattamento di superficie  
Osservazioni:

Ottima l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

Dalla documentazione tecnica allegata all'offerta risulta che il trattamento della superficie avviene tramite sabbiatura con particelle di allumina, trattamento che presenta il maggior numero di letteratura a livello internazionale.

La decontaminazione avviene tramite procedura di acidificazione e la Ditta garantisce un controllo scrupoloso di questo passaggio.

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: la Ditta non ha presentato la campionatura relativa al kit chirurgico protesico (trousse implantare). La Commissione ritiene necessario chiedere ulteriore campionatura al fine di poter procedere alla valutazione del criterio, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione tecnica presentata. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta.

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: no

**Assortimento di gamma (diametri e lunghezze):** Sarà valutato l'assortimento di gamma in base a quanto indicato nell'offerta silente.

Osservazioni: ottimo assortimento di misure offerte

**Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare:** saranno valutate le caratteristiche dell'unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare

Osservazioni: la Ditta fornisce solo documentazione cartacea del manipolo chirurgico. L'unità chirurgica proposta risulta completa con possibilità di utilizzare diversi manipoli con varie riduzioni

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact factor

Osservazioni: scarsa letteratura scientifica, solo 2 pubblicazioni non recenti (2015 e 2019)

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact factor

Osservazioni: scarsa letteratura scientifica, solo 2 pubblicazioni non recenti (2016 e 2018)

\*\*\*

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**TEKKA SRL**

**Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione:** sarà valutata l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

La ditta dovrà fornire certificazioni che attestino la decontaminazione e il trattamento di superficie  
Osservazioni:

Ottima l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

Dalla documentazione tecnica allegata all'offerta risulta che il trattamento della superficie avviene tramite sabbiatura con particelle di allumina, che è il trattamento che presenta il maggior numero di letteratura a livello internazionale.

La decontaminazione avviene tramite procedura di acidificazione e la Ditta garantisce un controllo scrupoloso di questo passaggio.

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: la Ditta non ha presentato la campionatura relativa al kit chirurgico protesico (trousse implantare). La Commissione ritiene necessario chiedere ulteriore campionatura al fine di poter procedere alla valutazione del criterio, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione tecnica presentata. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta.

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: la Commissione non riesce a rinvenire il dato. Decide di chiedere un chiarimento alla Ditta. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta

**Assortimento di gamma (diametri e lunghezze):** Sarà valutato l'assortimento di gamma in base a quanto indicato nell'offerta silente.

Osservazioni: buon assortimento di misure offerte

**Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare:** saranno valutate le caratteristiche dell'unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare

Osservazioni: la Ditta non ha presentato documentazione tecnica dell'unità chirurgica del motore implantare. Il criterio non risulta pertanto valutabile


**Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact factor

Osservazioni: della letteratura scientifica presentata solo una pubblicazione è riferita alla possibilità di eseguire carico immediato

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact factor

Osservazioni: della letteratura scientifica presentata non c'è alcuna pubblicazione riferita alla possibilità di eseguire carico immediato

\*\*\*

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and the initials 'P1' and 'PB'.

**Lotto 4 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

**MICERIUM S.p.A.**

**Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione:** sarà valutata l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

La ditta dovrà fornire certificazioni che attestino la decontaminazione e il trattamento di superficie  
Osservazioni:

Ottima l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

Dalla documentazione tecnica allegata all'offerta risulta che il trattamento della superficie avviene tramite sabbiatura con particelle di allumina, che è il trattamento che presenta il maggior numero di letteratura a livello internazionale.

La decontaminazione avviene tramite procedura di acidificazione e la Ditta garantisce un controllo scrupoloso di questo passaggio.

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni:

Osservazioni: la Ditta non ha presentato la campionatura relativa al kit chirurgico protesico (trousse implantare). La Commissione ritiene necessario chiedere ulteriore campionatura al fine di poter procedere alla valutazione del criterio, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione tecnica presentata. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta.

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: no

**Assortimento di gamma (diametri e lunghezze):** Sarà valutato l'assortimento di gamma in base a quanto indicato nell'offerta silente.

Osservazioni: ottimo assortimento di misure offerte

**Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare:** saranno valutate le caratteristiche dell'unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare

Osservazioni: la Ditta fornisce solo documentazione cartacea del manipolo chirurgico. L'unità chirurgica proposta risulta completa con possibilità di utilizzare diversi manipoli con varie riduzioni

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact fact

Osservazioni: scarsa letteratura scientifica, solo 2 pubblicazioni non recenti (2015 e 2019)

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact fact

Osservazioni: scarsa letteratura scientifica, solo 2 pubblicazioni non recenti (2016 e 2018)

\*\*\*

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

**TEKKA SRL**

**Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione:** sarà valutata l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

La ditta dovrà fornire certificazioni che attestino la decontaminazione e il trattamento di superficie

Osservazioni:

Ottima l'adeguatezza della decontaminazione del trattamento di superficie.

Il trattamento della superficie avviene tramite sabbiatura con particelle di allumina, che è il trattamento che presenta il maggior numero di letteratura a livello internazionale.

La decontaminazione avviene tramite procedura di acidificazione e la Ditta garantisce un controllo scrupoloso di questo passaggio.

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: la Ditta non ha presentato la campionatura relativa al kit chirurgico protesico (trousse implantare). La Commissione ritiene necessario chiedere ulteriore campionatura al fine di poter procedere alla valutazione del criterio, non ritenendo a tal fine sufficiente la documentazione tecnica presentata. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta.

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: la Commissione non riesce a rinvenire il dato. Decide di chiedere un chiarimento alla Ditta. La Commissione rinvia pertanto la valutazione di tale criterio alla successiva seduta

**Assortimento di gamma (diametri e lunghezze):** Sarà valutato l'assortimento di gamma in base a quanto indicato nell'offerta silente.

Osservazioni: buon assortimento di misure offerte

**Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare:** saranno valutate le caratteristiche dell'unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare

Osservazioni: la Ditta non ha presentato documentazione tecnica dell'unità chirurgica del motore implantare. Il criterio non risulta pertanto valutabile

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact fact


Osservazioni: della letteratura scientifica presentata solo una pubblicazione era riferita alla possibilità di eseguire carico immediato

**Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive:** la Ditta concorrente dovrà presentare l'elenco della letteratura scientifica indicando nello specifico: referenze bibliografiche, autori, anno di pubblicazione, impact fact

Osservazioni: della letteratura scientifica presentata non c'era alcuna pubblicazione riferita alla possibilità di eseguire carico immediato

\*\*\*

**Lotto 5 \_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**





**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

\*\*\*


La seduta si chiude alle 16,00  
Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 19/09/2023

**Presidente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Francesco ARCURI


**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott.ssa Giuliana MARTINI

**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Joseph GARIBALDI

**Funzionario e Segretario**  
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures are: Francesco Arcuri, Giuliana Martini, Joseph Garibaldi, and Rossana Brandolin. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

**REGIONE LIGURIA**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE

Genova, 03/10/2023

Prot. n. NP/2023/1361484

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**2^ SEDUTA RISERVATA****Verbale 2^ seduta riservata della Commissione giudicatrice del 03/10/2023**

Il giorno 03/10/2023, alle ore 9,15 si è riunita in seduta riservata presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto per proseguire la valutazione delle offerte tecniche delle ditte partecipanti.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 4619/2023:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Francesco Arcuri	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Chirurgia Maxillo-facciale
Componente	Dott.ssa Giuliana Martini	ASL 5 “Spezzino”	Dirigente medico S.C. Odontoiatria
Componente	Dott. Joseph Garibaldi	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente medico S.C. Odontostomatologia

È altresì presente la Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario amministrativo della S.U.A.R., in qualità di Segretario verbalizzante.

La Commissione ricorda anzitutto che al termine della precedente seduta riservata aveva ritenuto necessario:

- chiedere alla MICERIUM S.p.A. e alla TEKKA s.r.l. ulteriore campionatura del kit chirurgico protesico per i lotti 3 e 4;
- chiedere un chiarimento alla TEKKA nei lotti 3 e 4 in merito alla compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati in quanto non era riuscita a rinvenire tale dato nella documentazione tecnica;
- chiedere alla H.D.T. S.r.l. la compilazione dell'offerta silente per i lotti 6 e 8.

La Commissione esamina a questo punto i riscontri pervenuti.

Esamina anzitutto l'ulteriore campionatura trasmessa dalla Micerium e dalla Tekka nonché il chiarimento pervenuto in merito alla compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati e conclude pertanto la valutazione dei lotti 3 e 4.

### **Lotto 3 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

#### **MICERIUM S.p.A.**

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: lo strumentario risulta semplice nell'ordine delle frese, molto completo, di facile sterilizzazione

#### **TEKKA SRL**

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: strumentario compatto, limitato nel numero di frese, strumentario di facile sterilizzazione

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: l'impianto è compatibile con le linee implantari della Tekka, ma non con linee di altre aziende in quanto non vi è la possibilità di utilizzare i prodotti offerti con strumenti non dedicati


\*\*\*

### **Lotto 4 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA**

#### **MICERIUM S.p.A.**

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: lo strumentario risulta semplice nell'ordine delle frese, molto completo, di facile sterilizzazione



## **TEKKA SRL**

**Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico:** sarà valutata la completezza, semplicità di utilizzo e semplicità di sterilizzazione dello strumentario

Osservazioni: strumentario compatto, limitato nel numero di frese, strumentario di facile sterilizzazione

**Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati (Q5):** compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati

Osservazioni: l'impianto è compatibile con le linee implantari della Tekka, ma non con linee di altre aziende in quanto non vi è la possibilità di utilizzare i prodotti offerti con strumenti non dedicati

\*\*\*

HDT ha trasmesso l'offerta silente correttamente compilata.

\*\*\*

La Commissione prosegue a questo punto la valutazione delle offerte dei lotti 7 e 8.

## **Lotto 7 MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

### **RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL**

#### **Campionatura voci 6-7-8-20:**

La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).

Osservazioni:

dalla campionatura risulta un'ottima qualità della realizzazione finale. Ottima qualità delle stecche dei denti utilizzate; rifinitura dei margini e dell'anatomia delle flange molto buona. Materiale di ottima qualità

#### **Campionatura voce 30**

Caratteristiche dello scanner intraorale

Osservazioni:

La Ditta offre il 3 Shape Trios 4. Dalla documentazione tecnica non si evincono peraltro gli aspetti che sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal Disciplinare. Il criterio risulta pertanto non valutabile

#### **Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti**

Osservazioni:

La descrizione dei processi produttivi risulta completa, descrivendo puntualmente le lavorazioni richieste.

I ganci a filo risultano realizzati in maniera accurata e precisa.

### **RTI WILOCS SRL**

#### **Campionatura voci 6-7-8-20:**

La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).

Osservazioni:



dalla campionatura risulta una buona qualità della realizzazione finale. Dall'esame della campionatura la Commissione riscontra una buona qualità dei denti, buona rifinitura e caratterizzazioni, buon materiale

### **Campionatura voce 30**

Caratteristiche dello scanner intraorale

Osservazioni:

La Ditta offre il 3 Shape Trios 5. Dalla documentazione tecnica non si evincono peraltro gli aspetti che sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal Disciplinare. Il criterio risulta pertanto non valutabile

### **Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti**

Osservazioni:

La descrizione dei processi produttivi risulta completa, descrivendo puntualmente le lavorazioni richieste.

I ganci a filo risultano realizzati in maniera accurata e precisa

\*\*\*

## **Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

**H.D.T. S.r.l.**

### **Campionatura voci 6-7-10-12-22:**

La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).

Osservazioni:

dall'esame della campionatura la Commissione riscontra una buona precisione dei margini, buona rifinitura delle componenti ed un buon materiale

### **Campionatura voce 23**

Caratteristiche dello scanner intraorale

Osservazioni:

Dalla documentazione tecnica presentata non si evincono gli aspetti che sono oggetto di valutazione. Il criterio risulta pertanto non valutabile

### **Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti**

Osservazioni: nel progetto tecnico la Ditta descrive la tecnica di stratificazione del colore ma non descrive le tecniche di lavorazione con forni e fonditrici

**RTI WILOCS SRL**

### **Campionatura voci 6-7-10-12-22:**


La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).

Osservazioni: dall'esame della campionatura la Commissione riscontra un'ottima precisione dei margini, ottima rifinitura delle componenti ed ottimo materiale

### **Campionatura voce 23**

Caratteristiche dello scanner intraorale

Osservazioni:

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and smaller initials on the right.

La Ditta offre il 3 Shape Trios 5. Dalla documentazione tecnica non si evincono peraltro gli aspetti che sono oggetto di valutazione. Il criterio risulta pertanto non valutabile

**Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti**

Osservazioni: nel progetto tecnico la Ditta descrive in maniera accurata ed esaustiva il protocollo di lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici nonché le tecniche di stratificazione del colore, che la Commissione ritiene molto valide, con 2 tipi di fonditrici, una a presso fusione ed una ad induzione con scarto massimo di 1 grado

\*\*\*\*

Al termine della valutazione qualitativa risultano i seguenti punteggi:

**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICERIUM S.p.A.	58,00	70,00
TEKKA SRL	35,00	42,24

**Lotto 4\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICERIUM S.p.A.	58,00	70,00
TEKKA SRL	35,00	42,24

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
RTI WILOCS SRL	70,00	70,00

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO - FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
H.D.T. S.r.l.	70,00	70,00

**Lotto 7 MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	60,00	70,00
RTI WILOCS SRL	51,43	60,00

**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
H.D.T. S.r.l.	34,29	40,00
RTI WILOCS SRL	60,00	70,00

Al presente verbale vengono allegate le schede riepilogative dei punteggi quali parti integranti e sostanziali

La seduta si chiude alle 12,00  
Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, 03/10/2023

**Presidente Commissione Giudicatrice**

Dott. Francesco ARCURI

**Componente Commissione Giudicatrice**


Dott.ssa Giuliana MARTINI

**Componente Commissione Giudicatrice**

Dott. Joseph GARIBALDI

**Funzionario e Segretario**

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	MICERIUM S.p.A.		TEKKA SRL						
Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione	5	0,7	Dott. Francesco Arcuri	5,000	0,7	Dott. Francesco Arcuri	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,7	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico	12	0,7	Dott. Francesco Arcuri	12,000	0,5	Dott. Francesco Arcuri	8,571	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Assortimento di gamma (diametri e lunghezze)	16	0,7	Dott. Francesco Arcuri	16,000	0,5	Dott. Francesco Arcuri	11,429	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare	5	0,5	Dott. Francesco Arcuri	5,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B5	0,500	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA		0,000	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,000	COEFF.				
Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato	10	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	B7	0,100	MAX tra le medie
		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,1	Dott. Joseph Garibaldi		0,1	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,100	MEDIA		0,100	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive	10	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B7	0,100	MAX tra le medie
		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,1	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,100	MEDIA		0,000	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,000	COEFF.				


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
P. P. 03



**Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

CRITERIO DI VALUTAZIONE		
Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati		
DITTE	Peso Parametro	Punteggio
MICERIUM S.p.A.	12,000	0,000
TEKKA SRL	12,000	0,000



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and the initials 'P' and 'P' on the right.

**Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e**

**Manufatti odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 3 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

CRITERIO	PUNTI MAX	ID	MICERIUM S.p.A.	TEKKA SRL
Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione.	5	Q1	5,000	5,000
Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico	12	Q1	12,000	8,571
Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati	12	Q5	0,000	0,000
Assortimento di gamma (diametri e lunghezze)	16	Q1	16,000	11,429
Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare	5	Q1	5,000	0,000
Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato	10	Q1	10,000	10,000
Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive	10	Q1	10,000	0,000
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>58,000</b>	<b>35,000</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>			<b>70,000</b>	<b>42,241</b>



**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

Lotto 4 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0


CRITERIO	PUNTI MAX	MICERIUM S.p.A.		TEKKA SRL						
Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione	5	0,7	Dott. Francesco Arcuri	5,000	0,7	Dott. Francesco Arcuri	5,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,7	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protetico	12	0,7	Dott. Francesco Arcuri	12,000	0,5	Dott. Francesco Arcuri	8,571	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Assortimento di gamma (diametri e lunghezze)	16	0,7	Dott. Francesco Arcuri	16,000	0,5	Dott. Francesco Arcuri	11,429	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Caratteristiche unità chirurgica con manpoli per l'inserimento dell'impianto implantare	5	0,5	Dott. Francesco Arcuri	5,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B5	0,500	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA		0,000	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,000	COEFF.				
Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato	10	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	B7	0,100	MAX tra le medie
		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,1	Dott. Joseph Garibaldi		0,1	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,100	MEDIA		0,100	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive	10	0,1	Dott. Francesco Arcuri	10,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B7	0,100	MAX tra le medie
		0,1	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,1	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,100	MEDIA		0,000	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,000	COEFF.				

**Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 4\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG  
963267815B)**

**CRITERIO DI VALUTAZIONE**  
**Compatibilità dell'impianto con altre  
linee implantari e possibilità di utilizzo  
con strumenti non dedicati**

DITTE	Peso Parametro	Punteggio
MICERIUM S.p.A.	12,000	0,000
TEKKA SRL	12,000	0,000



Handwritten signature and initials, possibly 'A', 'B', and 'P', located in the bottom right corner of the page.

**Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e  
Manufatti odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 4 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

CRITERIO	PUNTI MAX	ID	MICERIUM S.p.A.	TEKKA SRL
Descrizione del trattamento di superficie implantare e della decontaminazione ruvida per sottrazione.	5	Q1	5,000	5,000
Caratteristiche del dispositivo di montaggio dell'impianto e ergonomia del kit chirurgico protesico	12	Q1	12,000	8,571
Compatibilità dell'impianto con altre linee implantari e possibilità di utilizzo con strumenti non dedicati	12	Q5	0,000	0,000
Assortimento di gamma (diametri e lunghezze)	16	Q1	16,000	11,429
Caratteristiche unità chirurgica con manipoli per l'inserimento dell'impianto implantare	5	Q1	5,000	0,000
Validazione scientifica della possibilità di eseguire carico immediato	10	Q1	10,000	10,000
Validazione scientifica della possibilità di eseguire inserimento di fixture post estrattive	10	Q1	10,000	0,000
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>			<b>58,000</b>	<b>35,000</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>			<b>70,000</b>	<b>42,241</b>

**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

Scala coefficienti:	
eccellente	coeff. 1,0
ottimo	coeff. 0,7
buono	coeff. 0,5
discreto	coeff. 0,3
sufficiente	coeff. 0,1
non valutabile	coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	RTI WILOCS SRL					
Campionatura voce 12: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, modellazione dei fili, rifinitura delle componenti in resina, materiale).	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B4	0,500	MAX tra le medie	
Campionatura voce 15: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, modellazione dei fili, rifinitura delle componenti, qualità della saldatura).	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Campionatura voce 23: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura, materiale).	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Campionatura voce 28 Caratteristiche dello scanner intraorale	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti	30	0,5	Dott. Francesco Arcuri	30,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B7	0,500	MAX tra le medie	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				70,000			
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>				70,00			

**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	H.D.T. S.r.l.					
Campionatura voce 3: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale dei tagli, rifinitura delle componenti, materiale).	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B4	0,500	MAX tra le medie	
Campionatura voce 6: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Campionatura voce 16 Caratteristiche dello scanner intraorale	10	0,5	Dott. Francesco Arcuri	10,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Lavorazione di placche mobili	20	0,5	Dott. Francesco Arcuri	20,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B5	0,500	MAX tra le medie	
Adeguatezza nel montaggio in articolatore	20	0,5	Dott. Francesco Arcuri	20,000			
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.				
				B7	0,500	MAX tra le medie	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				70,000			
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>				70,00			

**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 7 \_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL		RTI WILOCS SRL						
Campionatura voci 6-7-8-20: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).	30	0,7	Dott. Francesco Arcuri	30,000	0,5	Dott. Francesco Arcuri	21,429	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,5	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,500	MEDIA				
		1,000	COEFF.		0,714	COEFF.				
Campionatura voce 30 Caratteristiche dello scanner intraorale	10	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B5	0,000	MAX tra le medie
		0	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,000	MEDIA		0,000	MEDIA				
		0,000	COEFF.		0,000	COEFF.				
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti	30	0,7	Dott. Francesco Arcuri	30,000	0,7	Dott. Francesco Arcuri	30,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,7	Dott. Joseph Garibaldi		0,7	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,700	MEDIA		0,700	MEDIA				
		1,000	COEFF.		1,000	COEFF.				
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				60,000			51,429			
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>				70,000			60,000			



**Dispositivi medici per odontoiatria,  
odontostomatologia - Impianti  
osteointegrati e Manufatti  
odontotecnici - gara n. 8927658.**

**Lotto 8\_MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

Scala coefficienti:  
eccellente coeff. 1,0  
ottimo coeff. 0,7  
buono coeff. 0,5  
discreto coeff. 0,3  
sufficiente coeff. 0,1  
non valutabile coeff. 0,0

CRITERIO	PUNTI MAX	H.D.T. S.r.l.		RTI WILOCS SRL						
Campionatura voci 6-7-10-12-22: La Commissione procederà alla valutazione del manufatto considerando la qualità della realizzazione finale (precisione marginale, rifinitura delle componenti, materiale).	30	0,5	Dott. Francesco Arcuri	21,429	0,7	Dott. Francesco Arcuri	30,000	B4	0,700	MAX tra le medie
		0,5	Dott.ssa Giuliana Martini		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,5	Dott. Joseph Garibaldi		0,7	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,500	MEDIA		0,700	MEDIA				
		0,714	COEFF.		1,000	COEFF.				
Campionatura voce 23 Caratteristiche dello scanner intraorale	10	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	0	Dott. Francesco Arcuri	0,000	B5	0,000	MAX tra le medie
		0	Dott.ssa Giuliana Martini		0	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0	Dott. Joseph Garibaldi		0	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,000	MEDIA		0,000	MEDIA				
		0,000	COEFF.		0,000	COEFF.				
Tecniche, metodologie e processi produttivi dei manufatti	30	0,3	Dott. Francesco Arcuri	12,857	0,7	Dott. Francesco Arcuri	30,000	B5	0,700	MAX tra le medie
		0,3	Dott.ssa Giuliana Martini		0,7	Dott.ssa Giuliana Martini				
		0,3	Dott. Joseph Garibaldi		0,7	Dott. Joseph Garibaldi				
		0,300	MEDIA		0,700	MEDIA				
		0,429	COEFF.		1,000	COEFF.				
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				34,286			60,000			
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>				40,000			70,000			



**REGIONE LIGURIA**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
**ORGANIZZAZIONE**

Genova, 09/10/2023

Prot. n. NP/2023/13821 99

**SETTORE**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**SEDUTA PUBBLICA**

**Verbale seduta pubblica di apertura delle offerte economiche**

Il giorno 09/10/2023, alle ore 12,36 si è riunito in seduta pubblica presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova il RUP della procedura in oggetto per l'apertura sulla piattaforma telematica Sintel delle offerte economiche delle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe.

Sono presenti:

- Dott. Luigi Moreno Costa – Dirigente della S.U.A.R. - RUP della procedura
- Dott.ssa Rossana Brandolin – Funzionario della S.U.A.R. anche con funzioni Segretario verbalizzante;

Partecipano alla seduta i componenti della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale n. 4619/2023 (la Dott.ssa Giuliana Martini tramite collegamento skype):

Funzione	Componenti	Azienda	Professionalità
Presidente	Dott. Francesco Arcuri	Ospedale Policlinico San Martino	Dirigente medico U.O. Chiruriga Maxillo-facciale

Componente	Dott.ssa Giuliana Martini	ASL 5 "Spezzino"	Dirigente medico S.C. Odontoiatria
Componente	Dott. Joseph Garibaldi	E.O. Ospedali Galliera	Dirigente medico S.C. Odontostomatologia

Presenza alla seduta al solo fine di fornire il necessario supporto informatico per i collegamenti a distanza e la diretta streaming il Sig. Alessandro Valdiserri della S.U.A.R.

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Roberto Massa, nominato con decreto del Direttore Generale n. 2837/2023.

La seduta pubblica si svolge a porte chiuse. Gli operatori economici interessati possono assistere alla diretta streaming collegandosi al link pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla Piattaforma Sintel con avviso Prot-2023-1362388 del 03/10/2023.

Il RUP rende anzitutto noti i punteggi di valutazione della qualità assegnati dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

Si precisa che tali punteggi sono stati imputati sulla piattaforma Sintel dal RUP della procedura, come previsto dal Disciplinare di gara.

**Lotto 3 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICERIUM S.p.A.	58,00	70,00
TEKKA SRL	35,00	42,24

**Lotto 4 \_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
MICERIUM S.p.A.	58,00	70,00
TEKKA SRL	35,00	42,24

**Lotto 5 \_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
RTI WILOCS SRL	70,00	70,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 RM  
 [Signature]  
 [Signature]  
 M

**Lotto 6 MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
H.D.T. S.r.l.	70,00	70,00

**Lotto 7 MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	60,00	70,00
RTI WILOCS SRL	51,43	60,00

**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
H.D.T. S.r.l.	34,29	40,00
RTI WILOCS SRL	60,00	70,00

Il RUP ricorda che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta con le seguenti modalità di aggiudicazione:

- per i lotti 1 e 2 in applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ;
- per i lotti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per i lotti 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 per l'attribuzione del relativo punteggio, al prezzo più basso saranno assegnati punti 30, gli altri punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times 0,90 \times (R / R_{\text{Medio}})$$

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse:

$$p = 30 \times \left[ 0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{R - R_{\text{Medio}}}{R_{\text{Max}} - R_{\text{Medio}}} \right]$$

Dove:

*[Handwritten signatures and initials]*

p = punteggio;

R = ribasso in percentuale dell'offerta da valutare rispetto alla base d'asta;

RMax = ribasso in percentuale dell'offerta più bassa presentata rispetto alla base d'asta,

RMedio = media dei ribassi rispetto alla base d'asta in percentuale delle offerte ammesse.

utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui le offerte da valutare (ammesse all'apertura della busta economica) in un lotto fossero soltanto due, al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si utilizzerà per quel lotto la seguente formula

- PREZZO: massimo punti 30, secondo la seguente formula:

$$p = (30 \times P_{\min}) / P$$

con:

P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;

P<sub>min</sub> = prezzo dell'offerta con valore assoluto più basso

Inoltre, si precisa che poiché il sistema SINTEL non consente di adattare la formula impostata per il calcolo del punteggio economico alla casistica sopra ipotizzata (solo due concorrenti ammessi alla fase economica), si procederà al calcolo del punteggio economico off line secondo la formula sopra riportata ed all'imputazione manuale a sistema del punteggio così ottenuto.

Si procederà off line per i lotti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 essendo le offerte ammesse in numero inferiore a 3. Le tabelle riepilogative dei relativi punteggi economici verranno allegate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.


Ciò precisato, la Commissione ed il RUP procedono all'apertura delle buste economiche telematiche presenti su SinTel con il seguente esito:

**Lotto 1 \_DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	439.220,40
HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	493.136,98

**Lotto 2 \_ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	328.020,00



**Lotto 3\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	79.836,00	26,91	96,91
TEKKA SRL	42,24	71.622,00	30,00	72,24

**Lotto 4\_IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	48.760,00	22,38	92,38
TEKKA SRL	42,24	36.377,60	30,00	72,24

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI WILOCS SRL	70,00	916.108,00	30,00	100,00

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO - FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
H.D.T. S.r.l.	70,00	71.940,93	30,00	100,00

**Lotto 7\_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	70,00	759.221,000	30,00	100,00
RTI WILOCS SRL	60,00	868.712,000	26,21	86,24

*Handwritten signatures and initials:* PB, PLM, P, M, M

**Lotto 8 MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
H.D.T. S.r.l.	40,00	216.596,000	25,88	65,88
RTI WILOCS SRL	70,00	186.860,000	30,00	100,00

Per quanto sopra esposto risultano aggiudicatarie in via provvisoria, salvo verifica di anomalia dell'offerta ex art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti Ditte:

**Lotto 1 DISPOSITIVI MEDICI PER ODONTOIATRIA E ODONTOSTOMATOLOGIA (CIG 9632582222)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	439.220,40

**Lotto 2 ATTREZZATURE: MANIPOLI (CIG 9632593B33)**

PARTECIPANTE	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)
GERHO' S.p.A.	328.020,00

**Lotto 3 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMERSA (CIG 9632617F00)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	79.836,00	26,91	96,91

**Lotto 4 IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
MICERIUM S.p.A.	70,00	48.760,00	22,38	92,38

**Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CIG 9632692CE5)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI WILOCS SRL	70,00	916.108,00	30,00	100,00

**Lotto 6\_MANUFATTI CHIRURGICI MAXILLO – FACCIALI (CIG 96327057A1)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
H.D.T. S.r.l.	70,00	71.940,93	30,00	100,00

**Lotto 7\_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632725822)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI GESTIONEODONTOIATRICA SRL	70,00	759.221,000	30,00	100,00

**Lotto 8\_MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)**

PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	IMPORTO QUADRIENNALE OFFERTO (EURO)	PUNTEGGIO ECONOMICO	TOTALE PUNTEGGIO (TECNICO + ECONOMICO)
RTI WILOCS SRL	70,00	186.860,000	30,00	100,00

Alle ore 12,48 il RUP, avendo esaurito gli adempimenti previsti dalla *lex specialis* di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale, composto da 8 (otto) pagine, sarà pubblicato sul sito [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it) e sulla piattaforma Sintel.

Letto, confermato e sottoscritto.


Genova, 09/10/2023

**Presidente Commissione Giudicatrice**


Dott. Francesco ARCURI




**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott.ssa Giuliana MARTINI



**Componente Commissione Giudicatrice**  
Dott. Joseph GARIBALDI



**RUP**  
Dott. Luigi Moreno COSTA



**Funzionario e Segretario**  
Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



**Ufficiale Rogante**  
Dott. Roberto MASSA





Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici II Ed -  
 Gara n. 8927658  
 N° Gara 8823655

Lotto 3 \_IMPIANTI OSTEINTEGRATI A GUARIGIONE SOMMEISA (CIG 9632617F00)

Offerta	Valutazione Qualità	Base d'asta quadrimestrale	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti prezzo	Variazione Economicità	Totale punteggio	Aggiudicatario	Media della % di conto	Massima % di sconto	Avanzale dalle offerte
MICERUM S.p.A.	70	70,000	€ 79.836,000	16,350%	30	26,91	95,91	MICERUM S.p.A.	20,653%	24,956%	OK
TERICA SRL		42,240	€ 71.622,000	24,956%		30,000	72,240		20,653%	24,956%	

*Handwritten signatures and initials:*  
 P  
 M  
 P

Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici II Ed -

gara n. 8927658

N. gara 8823655

Lotto 4\_ IMPIANTI OSTEOINTEGRATI A GUARIGIONE TRANSMUCOSA (CIG 963267815B)

Ditta	Totale max punti Qualità	Validazione Qualità	Prezzi max. quadrimestrale	Prezzi offerti	Prezzi max. con sconto	Totale max. con prezzo scontato	Miglior prezzo economico	Totale max. con prezzo scontato	Prezzi max. con sconto	Prezzi offerti	Prezzi max. con sconto	Miglior prezzo economico	Media della % di sconto	Miglior prezzo con sconto	Anomalie nelle offerte
MICERUM S.p.A.	70	70,000	€ 55.560,000	€ 48.760,000	12,299%	30	22,38	92,39	23,382%	34,526%	MICERUM S.p.A.	23,382%	34,526%	OK	
TEKKA SRL		42,240		€ 36.377,500	34,526%		30,000	77,940	23,382%	34,526%			34,526%	OK	

*[Handwritten signatures and initials]*

Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici II Ed - para n.

Lotto 5\_MANUFATTI ORTOGNATODONTICI (CG 9632692CE5)

Ditta	Totale max punti Qualità	Valutazione Qualità	Base d'asta quadrimestrale	Prezzo offerto	% ribalto	Costo max punti prezzo	Valutazione Economica	Totale punteggio	Appaltatario	Media della % di sconto	Max % di sconto	Atmosfera delle offerte
RTI WILOCS SRL	70	70,000	€ 1.257.332,000	916.108,00 €	27,139%	30	30,000	100,000	RTI WILOCS SRL	27,139%	27,139%	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature at the top right.  
 - Initials "MP" below it.  
 - The letters "MND" in the middle.  
 - The letters "BZ" at the bottom right.



Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici II Ed.

gara n. 8927658

N. gara 8923655

Lotto 7\_MANUFATTI PROTESICI MOBILI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 963275822)

Ditta	Totale max punti Qualità	Valutazione Qualità	Base di riferimento quantitativa	Prezzo offerto	% sconto	Totale max punti Prezzo	Valutazione economica	Totale punteggio	Aggiudicatario	Media delle % di sconto	Massime % di sconto	Altezza delle offerte
RTI GESTIONEDONTOIATRICA SRL	70	70,000	€ 1.097.444,000	€ 759.221,000	25,846%	30	30,00	700,00	RTI GESTIONEDONTOIATRICA SRL	21,571%	25,846%	
RTI WILCOCS SRL		60,000		€ 868.712,000	16,295%		25,219	86,219		21,571%	25,846%	

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and initials 'P' and 'M' below it.


Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici II Ed -

Rara n. 8927658  
N° Rara 8823655

Lotto 8\_MANUFATTI PROTESICI FISSI E RIMOVIBILI CON DISPOSITIVI RITENTIVI (CIG 9632751D95)

DKA	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Base base Indicatore	Prezzo offerto	Sconto	Prezzi max/min/Qualità	Rate di pagamento	Aggiudicatario	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità
DKA	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Base base Indicatore	Prezzo offerto	Sconto	Prezzi max/min/Qualità	Rate di pagamento	Aggiudicatario	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità	Prezzi max/min/Qualità
H.D.T. S.r.l.	70	40,000	€ 21.615,96,000	€ 216.596,000	0,000%	30	25,88	RTI WILOCS SRL	55,88	13,729%	13,729%	6,864%	13,729%	OK	
RTI WILOCS SRL	70	70,000	€ 21.615,96,000	€ 186.860,000	13,729%	30	30,000	RTI WILOCS SRL	100,000	13,729%	13,729%	6,864%	13,729%		

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A signature and the letter 'f'.  
 - Middle right: 'RTI WILOCS' written vertically.  
 - Bottom right: A signature and the letter 'v'.



**REGIONE LIGURIA**

**DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE  
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
REGIONALE**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA  
tel. 010/548 8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN  
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

**Oggetto:** Procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta sulla piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria, odontostomatologia - Impianti osteointegrati e Manufatti odontotecnici” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, II edizione per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 8 – importo complessivo di gara 4.400.452,80 € IVA esclusa - gara n. 8927658. Id Sintel 165015904

**RELAZIONE VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

A seguito dell'apertura delle offerte economiche della gara in oggetto (come da verbale NP/2023/1382199 del 09/10/2023) si è reso necessario sottoporre a verifica di congruità ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 le offerte dei seguenti operatori economici:

- 1) GESTIONEODONTOIATRICA SRL.: lotto 7
- 2) H.D.T. S.r.l.: lotto 6
- 3) MICERIUM S.p.A.: lotto 3
- 4) WILOCS SRL: lotti 5 – 7 - 8

Con note Prot-2023-1392505, Prot-2023-1392554, Prot-2023-1392574 e Prot-2023-1392582 del 11/10/2023 è stato pertanto chiesto agli Operatori economici sopra indicati di fornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 sopra citato, tutte le giustificazioni per le forniture offerte nei predetti lotti, utili a consentire la verifica della congruità dell'offerta presentata.

Gli Operatori testè menzionati hanno fornito riscontro con note acquisite agli atti, rispettivamente Prot-2023-141745, Prot-2023-1440220, Prot-2023-1405725 e Prot-2023-1434793.

Il sottoscritto RUP, dopo aver esaminato le giustificazioni pervenute, ha ritenuto necessario chiedere, rispettivamente con note Prot-2023-1435390 e Prot-2023-1435398, ulteriori



giustificazioni a GESTIONEODONTOIATRICA e MICERIUM e, più precisamente, di meglio dettagliare le voci di costo, con relativa percentuale di incidenza, che compongono le rispettive offerte economiche.

Le giustificazioni degli altri due Operatori economici erano invece dettagliate ed approfondite con riferimento alle varie voci di costo componenti l'offerta economica.

Alle predette richieste i sopracitati Operatori economici hanno fornito riscontro rispettivamente con note Prot-2023-1443636 e Prot-2023-1450993, dettagliando tutte le voci di costo, con relativa percentuale di incidenza, che compongono le rispettive offerte economiche

Il sottoscritto RUP, dopo avere esaminato tutte le giustificazioni pervenute, ritiene le offerte di tutti gli operatori economici sopra indicati nel complesso sostenibili e congrue.

IL DIRIGENTE RUP  
Dott. Luigi Moreno Costa



Identificativo atto:

2023-AM-8013

Area tematica:

Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Luigi Moreno COSTA		-	15-11-2023 08:33
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luigi Moreno COSTA		-	15-11-2023 08:32
Approvazione legittimità	Giorgia CATTI		-	14-11-2023 16:25
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luigi Moreno COSTA		-	14-11-2023 14:59

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria